

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY	Účastníkem nabízená hodnota ¹	Prokázání plnění technického parametru ²
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky jednorázových tenkých injektorů pro GIT.		
– jednorázový nástroj určen pro endoskopickou injekci do submukózy	ANO	Str. 140/IFU
– dodáván ve sterilním balení	ANO	Str. 142/IFU
– kompatibilní s endoskopy: Olympus a Pentax	ANO	Str. 141/IFU
– jehla je opatřena sheetem	ANO	Str. 139/IFU
– délka vysunuté jehly min. 4 mm	ANO	Str. 139/IFU
– délka katetru až do varianty min. 2300 mm	ANO	Str. 139/IFU
– průměr jehly min. ve variantě 25 nebo 26 G	ANO	Str. 139/IFU
– ergonomická rukojeť umožňuje ovládání pouze jednou rukou ³	ANO	Str. 1/katalogový list

Pokyny pro vyplnění: účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:

1. U číselných údajů uvede konkrétní hodnoty, u ostatních parametrů uvede ANO/NE.
2. Uvede název a číslo stránky technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem, z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétního výrobku.

3. *Zadavatel si vyhrazuje právo zejména u těchto označených parametrů (obecně se týká všech parametrů) ověřit v rámci první dodávky splnění uvedených technických požadavků, a to v souladu s Kupní smlouvou.)*

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Kopie originálních technických listů vydaných výrobcem (kopie originálu datového listu výrobce, katalog, návod k použití apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry, účastník dokládá ve své nabídce.