

Položkový výpis								
Položka	Rukavice	Popis	Obchodní název nabízené položky	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Předpokládaný odběr za 1 rok	Cena celkem bez DPH (Kč)	Poznámka
1	latexové, sterilní	bezpudivé, střední síly (min. 9N), anatomický tvar, mikrodrsný vnější povrch, nízký obsah proteinů, tloušťka jedné stěny v oblasti dlaně min. 0,12mm, min. délka 260mm, AQL 1,5 a nižší, MDR 2017/745 (nebo MDD 93/42), EN 455-1 až 4, PPE 2016/425, kategorie III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN 374-5, ASTM F 1671, vel. 6-9		pár		3 000	0,00	
2	nitrilové	nesterilní, bezpudivé, hladké s texturovanými prsty, min. délka 240mm, tloušťka stěny v oblasti dlaně min. 0,05mm, AQL 1,5 a nižší, síla přetržení min. 6N, MDR 2017/745 (nebo MDD 93/42), EN 455-1 až 4, 2016/425, kategorie III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN 374-5, ASTM F 1671, vel. S - XL		balíček/100ks		6 000	0,00	
3	nitrilové, prodloužené	nesterilní, bezpudivé, hladké s texturovanými prsty, min. délka 300mm, tloušťka stěny v oblasti dlaně min. 0,05mm, AQL 1,5 a nižší, síla přetržení min. 6N, MDR 2017/745 (nebo MDD 93/42), EN 455-1 až 4, 2016/425, kategorie III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN 374-5, ASTM F 1671, vel. S - XL	easyCARE	balíček/100ks	82,90	500	41 450,00	
4	quick	nesterilní, LDPE, transparentní, texturované, vhodné pro styk s potravinami (1935/2004/EU), vel. M, L nebo one size		balíček/100ks		500	0,00	

Vyplňte pouze žlutě podbarvené buňky.

V nabízené jednotkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady účastníka na provedení předmětu plnění. Doprava do místa plnění bude realizována dle požadavků kupujícího, účastníci budou jednotně uvažovat 1x měsíčně.

Výše uvedený předpokládaný objem odběru je zpracovaný na základě spotřeby zboží v období roku 2024-2025 a slouží k jednotnému hodnocení nabídek a nezavazuje kupujícího tento objem odebrat.

Tento Položkový výpis stanovuje minimální požadavky na poptávané zboží. Účastník může u vybraných položek nabídnout adekvátní náhradu, tj. zboží srovnatelné nebo lepší kvality a technických parametrů. V případě, že náhradní řešení účastníka nebude splňovat minimální požadavky zadavatele, účastník bude z dalšího hodnocení vyloučen.

Pokud se v Položkovém výpisu vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, dodávek nebo zařízení, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost účastník upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou min. stejné nebo lepší kvality.