



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. – pletysmografická kabina, přístroj pro hypotermii - část B

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Zpětnovazebný přístroj pro hypotermii - 1ks			
Thermogard xp			
Přístroj pro řízenou intravaskulární hypotermii, řízení tělesné teploty pacienta pomocí zavedeného intravaskulárního katétru do velké žíly	ANO	ANO	
Spojení s externím přístrojem umožňujícím regulaci teploty pacienta	ANO	ANO	
Barevná LCD obrazovka, pohyb obrazovky horizontálně min o 180° a vertikálně min o 45°	ANO	ANO	
Přesnost regulace teploty: 0,1stupně Celsia v rozmezí min 31-38°C	ANO, min rozmezí 31-38°C	ANO	
Možnost nastavení cílové teploty pacienta	ANO	ANO	
Software přístroje zaznamenává průběh chlazení/ohřevu pacienta, tento záznam lze nahrát do počítače	ANO	ANO	
Katétry se zavádějí: femorální subklaviální, jugulární přístup	ANO	ANO	
Akustický a vizuální alarm	ANO	ANO	
Vnitřní paměť přístroje uchová nastavené parametry 30 minut po vypnutí přístroje	ANO	ANO	
Paměť přístroje má dostatečnou kapacitu pro ukládání dat pacienta až po dobu 21 dní	ANO	ANO	
Datové rozhraní: serial RS-232C	ANO	ANO	
Součástí dodávky bude i spotřební materiál, který je nutný pro uvedení přístroje do prvotního provozu.	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2 a 3, doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavatelé sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Praze, dne 8. 11. 2018

Ing. Jan Marek, jednatel

RAŽÍTKO A PODPIS ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ