

## Technická specifikace - Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla, část 21.

## Technické požadavky:

## Splnění požadavku

přístroj pro vysoko - průtokovou HFT - High Flow Therapy s nasální kanylou	<i>ano</i>
nastavitelný generátor průtoku, kyslíkový směšovač (21 - 100 % O <sub>2</sub> ) a vyhřívaný zvlhčovač, integrovaný v jednom přístroji	<i>ano</i>
zabudované monitorování koncentrace kyslíku	<i>ano</i>
zabudovaný záložní akumulátor	<i>ano</i>
digitální barevný displej pro nastavený průtok, teplotu a FiO <sub>2</sub>	<i>ano</i>
nastavitelný rozsah průtoku 1 - 40 l/min.	<i>ano, 1 - 40 l/min</i>
nastavitelný rozsah teploty 33 - 43 °C	<i>ano, 33 - 43 °C</i>
zvlhčování na molekulární bázi	<i>ano</i>
alarmy zvukové i optické s automatickým nastavením, minimálně pro koncentraci O <sub>2</sub> a teplotu	<i>ano</i>
ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ	<i>ano, piktogramy</i>
hygienický systém zvlhčení bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny	<i>ano</i>
kompletní aplikační patientský okruh v jednorázovém provedení až po 30-ti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje	<i>ano</i>
aktivní vyhřívání patientského okruhu	<i>ano</i>
pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství a infuzním držákem na zásobník vody	<i>ano</i>
přívodní tlakové hadice O <sub>2</sub> a vzduch s koncovkami MZ Liberec	<i>ano</i>
aplikační spotřební materiál pro minimálně 5 pacientů	<i>ano, pro 5 pacientů</i>

Nabízená Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla splňuje veškeré požadavky zadání.

V Horoměřicích dne 28-11-2018

jednatelka  • DIC: CZ40763781 ©