

Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov

Mathonova 291/1  
796 04 Prostějov

Praha 2018/11/19

**NABÍDKA č. CZ/1820046/4M1**

P.	Popis	Ks	cena celkem	
			bez DPH	s DPH
1)	Upgrade HW a SW - TP1- TP2 zahrnuje CCU, Ovladač operátora, Fisica + Concerto SW, nezahrnuje PC	1	1 335 503,00 Kč	1 615 958,63 Kč
2)	Ovládací SW + tiskárna	1	34 000,00 Kč	41 140,00 Kč
3)	Doprava	1	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
4)	Instalace, zaškolení	1	98 000,00 Kč	118 580,00 Kč
	Cena brutto		1 492 503,00 Kč	1 805 928,63 Kč
	Sleva na položku 1)		-116 503,00 Kč	-140 968,63 Kč
	<b>CELKEM</b>		<b>1 376 000,00 Kč</b>	<b>1 664 960,00 Kč</b>

Tato cena se rozumí: CIP Prostějov  
Dodávka: 2-3 měsíce po podpisu smlouvy  
Platební podmínky: 100% do 14 dnů po dodání  
Garanční lhůta: 12 měsíců po dodání  
Platnost: 31.12. 2018

CANBERRA-PACKARD, s.r.o.

Jiří Kotrba

Jiří  
Kotrba



**RTG terapeutický přístroj Upgrade - specifikace minimálních požadavků**

Lokace: Středomoravská nemocniční a. s.; Nemocnice Prostějov

Kód ID: 2018001

Množství: 1 ks

Technické parametry	Uchazeč	<i>Canberra-Packard sro</i>
	Název nabízené technologie	<i>TP2</i>
	Výrobce	<i>Xstrahl, Anglie</i>
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
<b>Kompatibilita</b>		
Požadována kompatibilita se stávajícím RTG terapeutickým systémem X-Strahl 200	<i>ANO; Uveďte hodnotu</i>	<b>ANO</b>
<b>Technické parametry</b>		
Ovladač operátora včetně SW vybavení	<i>ANO; Uveďte hodnotu</i>	<b>ANO-Fisica a Concerto</b>
Řídící jednotka CCU	<i>ANO; Uveďte hodnotu</i>	<b>ANO</b>
Ovládací PC pracoviště včetně monitoru a tiskárny	<i>ANO; Uveďte hodnotu</i>	<b>ANO</b>
<b>Software</b>		
Upgrade stávajícího SW	<i>ANO; Uveďte hodnotu</i>	<b>ANO TP1-TP2</b>
<b>Další požadavky</b>		
Instalace včetně dopravy a zaškolení obsluhy	<i>ANO; Uveďte hodnotu</i>	<b>ANO</b>
Zkoušky a měření dle požadavků atomového zákona součástí předávacího protokolu zahrnuté v cenové nabídce	<i>ANO; Uveďte hodnotu</i>	<b>ANO, provede technik a fyzik</b>
Garance funkčnosti a udržitelnosti stávajícího a upgradovaného celku po dobu minimálně 5 roků	<i>ANO; Uveďte hodnotu</i>	<b>ANO</b>

