



Předávací protokol č. 1

OBJEDNATEL:

VOŠ obalové techniky a Střední škola  
Kostelní 134, 41 108 Štětí, Česká republika  
IČ: 467 73 509 DIČ: CZ46773509  
Zastoupený: Danuše Jedličková  
Tel.: +420 411 152 005, +420 720 134 901  
E-mail: danuse.jedlickova@odbornaskola.cz

ZHOTOVITEL:

Ing. Jan Bartoš - LAMON  
Odlehlá 20, 621 00 Brno, Česká republika  
IČ: 469 49 526 DIČ: CZ6311240474  
Zastoupený: Ing. Jan Bartoš  
tel. č.: +420 603 872 929, e-mail.: lamon@volny.cz

Smlouva o dílo č. L20181008

Místo plnění: VOŠ obalové techniky a Střední škola, Kostelní 134, 41 108 Štětí, Česká republika  
Předmět předání: výroba a dodávka 1 ks skříňové odtahové atypické digestoře LAMON R 12Dda dle specifikace č. S20181009  
Popis stavu díla dle Smlouvy o dílo č. L20181008: dílo je dokončené, bez závad

Pol. č.	Název položky	Jednotka	Množství
1.	Skříňová odtahová atypická digestoř LAMON R 12Dda s rovnou přední stěnou - pracovní deska slinutá dlažba TAURUS Výr. č.: 201811-159, vnější rozměry: dl. 1200 x hl. 780 x v. 2100 mm Smlouva o dílo č. L20181008 dle přílohy č. 1: Specifikace č. S20181009	ks	1

UPOZORNĚNÍ: Laboratorní nábytek, přední stěny digestoří, odtahové boxy a digestoře LAMON, ventilátory, regulátory a ostatní dodaná zařízení se mohou používat jen v prostředí bez nebezpečí výbuchu zaškolenou obsluhou starší 18let a mohou se uvést do provozu až po vydání výchozí zprávy o revizi elektrického a plynového zařízení a podléhají opakovaným revizím elektroinstalace a plynoinstalace!  
Důležitým prvkem proudových chráničů je testovací tlačítko. Povinnost pravidelně testovat proudové chrániče je zakotvena jak ve výrobních normách, tak i v normách předpisových. Typicky se jedná o interval jednoho měsíce. Za testování je zodpovědný provozovatel zařízení!  
Z této povinnosti se nelze právně žádným způsobem vyvázat!

Napojení atypické odtahové digestoře LAMON R 12Dda na elektroinstalaci, el. revizi a odtah VZT provede Objednatel (stavba).

Objednatel převzal: Návod k atypické odtahové digestoři LAMON R 12Dda, Uživatelské podmínky laboratorního nábytku LAMON, Technickou dokumentaci (návoody, výkon, technický popis...): svítidlo, ventilátor, proudový chránič ...

ZA ZHOTOVITELE PŘEDAL:

Ing. Jan Bartoš



ZA OBJEDNATELE PŘEVZAL:

Pani Danuše Jedličková

Vyšší odborná škola obalové techniky  
a Střední škola,  
Štětí, Kostelní 134,  
příspěvková organizace

Ve Štětí dne: 28.11.2018

Ve Štětí dne: 28.11.2018

Jedličková