

Název veřejné zakázky: Servis Artis Zee Biplane  
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-030797  
Evidenční číslo zadavatele: 59/2018

## SERVISNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**  
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno  
jednající: MUDr.Martin Pavlik, PhD, EDIC, DESA, ředitel

IČ: 00159816  
DIČ: CZ00159816  
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
č. účtu: 71138621/0710  
SWIFT: CNBACZPP  
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : **Siemens Healthcare, s.r.o.**  
*zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243166*

sídlo: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4  
jednající: Ing. Vratislav Švorčík a Ing. Karel Kopejtko, jednatelé  
IČ: 04179960  
DIČ: CZ04179960  
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX  
SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXX

### II.

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění komplexních servisních služeb na přístroje uvedené níže po dobu a za podmínek dále uvedených. Tato smlouva je uzavírána jako výsledek veřejné zakázky objednatele identifikované v záhlaví.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je servisní služba na Přístroj RTG - Komplet angiografický dvourovinný Typ: Artis Zee Biplane, výr. č. 153789 (dále také „zařízení“). Vymezení funkčních částí přístroje pro pokrytí smlouvou:

Komplet angiografický dvourovinný Typ: Artis Zee Biplane, výr. č. 153789 včetně příslušenství a všechny ostatní související komponenty tvořící RTG celek instalovaný jako součást výše uvedeného zařízení:

- RTG generátor A, výr. č. 7450 (100kW),
- RTG generátor B, výr. č. 7452 (100kW),
- C rameno - podlahový stativ, výr. č. 2036 + flat detektor,
- L rameno - stropní stativ, výr. č. 2024 + flat detektor,

- stůl vyšetřovací, výr. č. 4356,
- stropní závěs s monitory (8 ks),
  
- RTG ochranný závěs - stolní MAVIG (0,5Pb), výr. č. 0910/00019,
- stropní MAVIG (0,5Pb), výr. č. 0810/17320,
- vyšetřovací světlo
- UPS, SROZOT G TEC, výr. č. ML43UT1969200003,
- interkom,
- rozvaděč A,B,

Stanice pracovní-MMWP MULTIMODALITY WORKPLACE Typ: FUJITSU SIEMENS  
CELSIUS R 670 , výr. č. YKJJ004356  
- monitor LCD 19", výr. č. MXA9008626;

Stanice pracovní SYNGOIMAGING XS Typ: FUJITSU SIEMENS CELSIUS W480, výr. č.  
YL5V003507  
- monitor LCD 21", EISO, výr. č. HXUD000002;

Stanice vyhodnocovací SYNGOIMAGING XS Typ: FUJITSU SIEMENS CELSIUS W480,  
výr. č. YL5V005793  
- monitor LCD 21" (5Mpx), EIZO RadiForce GX550 výr. č. 20986017; 20964017

Injektor kontrastní látky Typ: Angiomat Illumena, výr. č. CI0908C012

2. Servis prováděný podle této smlouvy se vztahuje jen na součásti „Zařízení“ , tj. od vstupních svorek dále. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servis v souladu s touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně provedené práce a materiál od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli jakékoli změny konfigurace „Zařízení“. Servis podle této smlouvy zahrnuje (dále jen jako „servis“):
  - a) preventivní kontroly všech součástí „Zařízení“, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, a to dle servisních pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění (může být spojena s provedením BTK, resp. opravy);
  - b) provedení technických změn, které budou nezbytné nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné
  - c) provedení opatření k předcházení škod, skládající se z:
    - čištění technických zařízení, mazání, seřizování
    - výměny opotřebených náhradních dílů
  - d) kontrola ochranných prostředků proti záření
  - e) opravy poruch a závad „Zařízení“, tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti
  - f) dodávka a montáž potřebných náhradních dílů včetně vakuových prvků (např. RTG lampa), FLAT detektorů a dalších součástí nezbytných k opravě a údržbě „Zařízení“
  - g) provádění aktualizací (Update) „Zařízení“ výrobcem vydaných pro tento konkrétní přístroj;
  - h) pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly „Zařízení“ a dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, interval dle předpisu výrobce, tj. minimálně 1x za 12 měsíců;
  - i) kontrola elektrické bezpečnosti „Zařízení“, dle ČSN EN 62 353;
  - j) doba provádění oprav: pracovní dny od 8:00 do 17:00
  - k) standardní doba odezvy od nahlášení závady nebo poruchy: 12 hodin (platí pro pracovní dny)
  - l) nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady, provedení opravy do 48 hodin od nahlášení závady, v případě potřeby náhradního dílu do 5 pracovních dnů
  - m) instruktáž obsluhy „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., např. při nástupu nových zaměstnanců;
  - n) provádění měření dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění;
3. Místem plnění je místo instalace a provozu „Zařízení“ na adrese: FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno.
4. Objednatel je povinen zajistit, aby servis přístroje neprováděla žádná jiná osoba, než zhotovitelem výslovně určená.
5. Zhotovitel není povinen dodat náhradní nebo spotřební díl, např. vakuový prvek, pokud byl dle jeho zjištění přístroj nebo jeho příslušenství poškozeno nesprávnou obsluhou (tedy obsluhou v rozporu s pokyny výrobce nebo zhotovitele) či zatečením tělních nebo jiných tekutin.

## IV.

## Cena a platební podmínky

1. Sjednaná cena za servisní činnost dle této smlouvy je stanovena dle nabídky zhotovitele v rámci příslušné veřejné zakázky, a to takto:

Měsíční cena servisu a údržby „Zařízení“ bez DPH	178.000,- Kč
Měsíční cena servisu a údržby „Zařízení“ vč. 21% DPH	215.380,- Kč
Celková roční cena servisu a údržby „Zařízení“ bez DPH	2.136.000,- Kč
Celková roční cena servisu a údržby „Zařízení“ vč. 21% DPH	2.584.560,- Kč

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním servisu, zejména náklady na dopravku, dopravu, výměnu a montáž náhradních dílů, vakuových prvků a detekčních prvků, případná měření a kontroly nově instalovaných náhradních dílů, mzdové náklady na práci technika, cestovní náklady a ztrátový čas servisního technika. K ceně uvedené bez DPH bude DPH připočtena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena za servisní činnost dle této smlouvy bude objednatelem hrazena v rovnoměrných měsíčních splátkách na základě faktur vystavených Zhotovitelem za příslušný měsíc. Pravidelné měsíční splátky ve výši 1/12 sjednané ceny na 1 rok. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení do sídla objednatele. Závazek splatnosti je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet Zhotovitele. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele, jež bude uvedeno v záhlaví příslušné smlouvy a musí být vystavena ve 2 vyhotoveních. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotovitel i s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce 30 dní. V případě, že má Zhotovitel se objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je Zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně.
4. Celková cena plnění uvedená v této smlouvě je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje všechny náklady související s předmětem plnění této smlouvy jako např. dopravné, stravné, licenční poplatky, správní poplatky, clo, kursové rozdíly apod. Objednatel není oprávněn sjednanou cenu jednostranně změnit. Lze ji překročit pouze v případě změny sazby DPH a to právě o výše změny DPH.
5. V případě výpovědi smlouvy kteroukoliv smluvní stranou bude faktura doručena nejpozději poslední den platnosti smlouvy.

## V.

## Práva a povinnosti objednatele

1. Servisní pracovníci zhotovitele musí mít zajištěn volný přístup bez jakýchkoliv omezení k „Zařízení“, aby mohli provádět servisní činnost v prostorách objednatele v termínech, na kterých se s objednatelem konkrétně dohodnou.
2. Je-li v této smlouvě uvedeno nebo z povahy věci vyplývá, že objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, není zhotovitel v prodlení s plněním dle této smlouvy v případě nedostatku a prodlení v součinnosti ze strany objednatele, avšak pouze v rozsahu, v jakém neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele brání splnění povinností zhotovitele. Zhotovitel je však povinen objednatele na nedostatky v součinnosti neprodleně písemně upozornit a vyzvat k nápravě.
3. Objednatel je povinen nahlásit zjištěné poruchy a závady „Zařízení“ u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí pomocí těchto komunikačních kanálů, kde specifikuje „Zařízení“ a závadu, která se vyskytla, na následujících kontaktech: **emailem: [medicinskyservis.cz@siemens.com](mailto:medicinskyservis.cz@siemens.com) (preferovaný kanál)** nebo **telefonicky na číslo HOTLINE: 800 888 910**
4. Objednatel je povinen zajistit, aby přístroj byl uvolněn z provozu, resp. zpřístupněn k provedení stanovených servisních výkonů bez časových ztrát na straně zhotovitele.
5. Objednatel zajistí, aby bez souhlasu zhotovitele nebyl proveden žádný zásah třetí osoby do přístroje.

6. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout přístup k Zařízení jak na místě samém, tak prostřednictvím vzdáleného přístupu.
7. V případě servisních služeb prováděných prostřednictvím vzdáleného přístupu (SRS) má zhotovitel právo přístupu k datům, která jsou u objednatele v Zařízení dostupná. Jedná se především o error logy, konfigurační nastavení Zařízení atd.

## VI.

### Podmínky provádění servisu zhotovitelem

1. Zhotovitel je povinen odstranit poruchy a závady nahlášené způsobem ve smlouvě uvedeným v těchto termínech:
2. Nástup na opravu do 12 hodin od nahlášení závady dle čl. IV. odst. 3, této smlouvy, zahájením prací se rozumí i zahájení diagnostiky s použitím vzdáleného přístupu, provedení opravy do 2 pracovních dní bez použití náhradního dílu od nahlášení závady, v případě, že je potřeby náhradního dílu do 5 dnů.
  - a. Oprava může být provedena ve lhůtě s objednatelem dohodnuté s ohledem na povahu a rozsah servisního zásahu a s ohledem na objednání náhradních dílů, a to zvláště u příslušenství, jehož servis je zajišťován subobjednatelsky;
  - b. Uvedené lhůty začínají běžet v intervalu základní pracovní doby 8:00 – 17:00 v pracovních dnech.
3. Zhotovitel se zavazuje sledovat lhůty pro provádění servisu stanovené výrobcem a příslušnými právními předpisy i bez výzvy objednatele.
4. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem uvědomí objednatele, respektive jeho pověřené pracovníky o termínu pravidelného servisu. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost, aby zhotovitel mohl bez obtíží pravidelný servis řádně vykonat.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho servisní pracovníci před zahájením každé práce související s prováděním servisní činnosti zařízení objednatele uvědomili, a to nejméně 3 pracovní dny předem v případě plánovaného servisu, a v přiměřených lhůtách v případě oprav poruch a závad Zařízení (dále jen „poruchy a závady“), tak aby mohly být dodrženy lhůty pro provádění servisní činnosti stanovené v této smlouvě.
6. Lhůta stanovená v článku čl. VI. odst. 2, této smlouvy se adekvátně prodlužuje o dobu prodloužení objednatel se zajištěním součinnosti, spočívající zejména v zajištění přístupu pracovníků zhotovitele k přístroji, a to okamžitě po příchodu technika.
7. Zhotovitel je povinen postupovat při poskytování servisních služeb dle postupů stanovených výrobcem, je povinen seznámit se s veškerými technickými, kvalitativními, hygienickými, ekologickými, bezpečnostními a jinými podmínkami nezbytnými k plnění zakázky, poskytovat servisní služby ve stanovené kvalitě a za cenu stanovenou v nabídce.
8. Zhotovitel je povinen při poskytování servisních služeb postupovat v souladu s požadavky stanovenými zadávací dokumentací, rozhodnutími státních orgánů a platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na předmět veřejné zakázky.
9. Zhotovitel je povinen postupovat s maximální odbornou péčí při provádění všech prací, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
10. Dílo a veškeré v rámci díla dodané materiály a výrobky musí odpovídat požadavkům výrobce, povolením státních orgánů, obecně závazným právním předpisům a technickým normám, předepsaným technologickým postupům, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárními, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí a dalším.
11. Zhotovitel je povinen po dobu poskytování servisních služeb v co nejmenší míře narušit provoz v místě servisu, zachovávat pořádek a čistotu, na vlastní náklady odstraňovat odpady a vadné součástky vzniklé při provádění servisu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životní prostředí, je povinen dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy, řídit se pokyny a požadavky pověřených zástupců objednatele.
12. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci pohybující se v areálu objednatele byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.)

13. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se Zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
14. Na Zařízení má oprávnění provádět servisní činnost a údržbu pouze osoba, která má k tomu oprávnění od zhotovitele.
15. O provedení servisních prací bude sepsán písemný protokol, podepsaný pověřeným zaměstnancem objednatele nebo zaměstnanec pověřeného pracoviště dle čl. XI. odst. 7, této smlouvy.
16. Záruční doba za jakost díla a na kvalitu náhradních dílů použitých v rámci servisního zásahu je 6 měsíců
17. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli neprodleně po provedené opravě nebo jakémkoli servisním zásahu písemnou zprávu s popisem provedeného servisního zásahu či příčině poruchy systému. Tato zpráva podepsaná pověřenými zástupci obou smluvních stran bude podkladem pro fakturaci.
18. Objednatel je oprávněn účastnit se servisního zásahu či preventivní prohlídky zhotovitele a provádět průběžnou kontrolu plnění smluvních povinností.

## VII.

### Údržba a servis software

1. Pokud je Zařízení vybaveno aplikačně programovým vybavením zhotovitele (dále jen „APV“), zavazuje se zhotovitel zajistit veškerou údržbu a aktualizace tohoto APV v rámci této smlouvy. Tato smlouva se v žádném případě nevztahuje na údržbu a aktualizace APV syngo.via a syngo.plaza, jejichž údržba je upravena jiným právním vztahem.
2. Vysvětlení pojmů: Aktualizace APV zlepšuje schopnosti Zařízení. Upgrade APV nabízí nové vlastnosti nebo schopnosti. Pokud určitý upgrade vyžaduje provedení úpravy nebo výměnu hardware, dohodne se zhotovitel s objednatelem na ceně za tuto úpravu nebo výměnu hardware. Pokud bude upgrade vyžadovat školení pověřených pracovníků objednatele, poskytne toto školení zhotovitel dle svého platného ceníku.
3. Objednatel na základě této smlouvy nenabývá licenci k diagnostickému servisnímu software, který zhotovitel používá na servis Zařízení. Servisní software je a zůstává majetkem zhotovitele a objednatel je oprávněn jej užívat v souladu s podmínkami licenční smlouvy na diagnostické materiály, pokud je uzavřena.

## VIII.

### Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením servisního zásahu a/nebo odstraněním závady v dohodnutém termínu nebo termínu dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z měsíční ceny dle této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vady se nepovažuje, je-li přístroj po zásahu zhotovitele částečně funkční a je-li možné přístrojem provádět vyšetření pacientů.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele vystavené dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Splatnost penalizační faktury, kterou jsou druhé straně vyúčtovány smluvní pokuty či úroky z prodlení, činí 30 dnů ode dne jejího doručení druhé straně.
4. Objednatel je povinen uhradit všechny náklady spojené s opravou Zařízení, anebo které:
  - a. bylo poškozeno požárem, havárií, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, nesprávnou aplikací nebo provedenou úpravou, provozováním Zařízení v rozporu s pokyny výrobce, provozováním Zařízení v nevhodných provozních podmínkách a prostředí nebo které bylo poškozeno v důsledku jiné skutečnosti, kterou nemohl zhotovitel nijak ovlivnit;

- b. je vadné z důvodu neoprávněného pokusu objednatele nebo jakékoli třetí osoby Zařízení opravit, přemístit, provést údržbu, servis, doplnit nebo měnit Zařízení nebo z důvodu montáže a/nebo použití výrobcem neschválených náhradních dílů, zařízení nebo software bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele;
- c. má poruchu z důvodů, které souvisí se zařízením, díly nebo software od jiného výrobce, a to včetně problémů s datovou sítí u objednatele;
- d. je vadné z důvodu opravy nebo servisu Zařízení provedeného objednatelem nebo třetí osobou před účinností této Smlouvy.

## IX.

### Odovědnost za újmu a její náhrada

1. Smluvní strana není odpovědná za porušení smluvních nebo zákonných závazků podle této smlouvy, pokud k porušení smluvních nebo zákonných závazků došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
2. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud Zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli, je-li škodou dotčen.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic v místě plnění smlouvy. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně povinností zhotovitele.

## X.

### Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Tuto smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran.
5. Pokud zhotovitel veřejně písemně oznámí, že od určitého data již nebude nabízet servisní podporu na určité přesně specifikované položky nebo části Zařízení nebo že od určitého data nebude poskytovat určitou službu, ať již z důvodu nedostupnosti náhradních dílů nebo z jakýchkoliv jiných důvodů (dále jen „Oznámení EOS“ (= end of support)), sjednává se, že pokud je takovéto Oznámení EOS doručeno objednateli nejméně dvanáct (12) měsíců předem, je zhotovitel na základě tohoto Oznámení EOS oprávněna (i) buď jednostranně smlouvu ukončit nebo (ii) vyjmout dotčené zařízení, jeho části, možnosti nebo prvky z plnění dle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že každá takováto změna smlouvy bude zohledněna ve sjednané ceně plnění

## XI.

## Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
2. Zhotovitel není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovému plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré servisní služby, elektrické revize a předepsané preventivní kontroly budou prováděny v souladu s pokyny výrobce přístrojů, a to zaměstnanci zhotovitele s odpovídající kvalifikací dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb. od okamžiku nabytí jeho účinnosti.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé při provádění servisu dle této smlouvy.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí stranu bez souhlasu druhé smluvní strany
6. Kontaktní osoby zhotovitele jsou:
  - **Servisní Hotline, pro hlášení poruch, požadavků apod., viz čl.V, odst. 4**
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí servisu, ve věcech smluvních, technických apod.  
XXXXXXXXXXXXXXXX
7. Objednatel pověřil realizací této smlouvy své pracoviště:
  - a. OÚ – Oddělení biomedicínského inženýrství, tel. 543185124, 543184124, [obi.servis@fnusa.cz](mailto:obi.servis@fnusa.cz)
  - b. KZM-angiologie, tel. 543 183 055, mob. 733 141 931 (místo plnění)
8. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subobjednatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele Zhotovitel svým podpisem pod textem smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).
11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel je zejména povinen:
  - poskytnout objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona o finanční kontrole potřebnou součinnost;

- řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle smlouvy, a to v souladu s právními předpisy, nejméně však do konce roku 2028.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí ust. § 2586 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smysl a účel této smlouvy, stejně jako všechna její ustanovení, je nutno vykládat rovněž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a to od okamžiku nabytí jeho účinnosti.
2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
3. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
6. Tuto smlouvu včetně jejích příloh lze měnit a doplňovat jen v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemných číselovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změn obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. V případě změny právních předpisů, které upravují práva a povinnosti objednatele nebo Zhotovitele, jsou smluvní strany povinny postupovat a jednat v souladu s právními předpisy účinnými v okamžiku jednání smluvní strany. Ustanovení o odpovědnosti za škodu a ustanovení o smluvních pokutách dle smlouvy platí i pro případ změny právních předpisů, které upravují povinnosti Zhotovitele, a Zhotovitel odpovídá za porušení povinností stanovené právními předpisy účinnými v okamžiku jednání Zhotovitele.
8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užití výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je **příloha č. 1 – Položkový seznam**
11. Přesahuje-li předpokládaná hodnota plnění této smlouvy po dobu jejího trvání částku 50.000,- Kč, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
12. Smluvní strany tímto prohlašují, že obsah této smlouvy řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily, a že ji uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoli jednostranně nevýhodných podmínek. Uvedené skutečnosti smluvní strany stvrzují svými podpisy

V Praze dne: .....

V Brně dne: 11.12.2018

.....  
Ing. Vratislav Švorčík a Ing. Karel Kopejtko, jednatele  
Siemens Healthcare, s. r. o.

.....  
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

**Příloha č. 1 – Položkový seznam**

Komplet angiografický dvourovinný Typ: Artis Zee Biplane, výr. č. 153789 včetně příslušenství a všechny ostatní související komponenty tvořící RTG celek instalovaný jako součást výše uvedeného zařízení:

- RTG generátor A, výr. č. 7450 (100kW),
- RTG generátor B, výr. č. 7452 (100kW),
- C rameno - podlahový stativ, výr. č. 2036 + flat detektor,
- L rameno - stropní stativ, výr. č. 2024 + flat detektor,
- stůl vyšetřovací, výr. č. 4356,
- stropní závěs s monitory (8 ks),
  
- RTG ochranný závěs - stolní MAVIG (0,5Pb), výr. č. 0910/00019,
- stropní MAVIG (0,5Pb), výr. č. 0810/17320,
- vyšetřovací světlo
- UPS, SROZOT G TEC, výr. č. ML43UT1969200003,
- interkom,
- rozvaděč A,B,

Stanice pracovní-MMWP MULTIMODALITY WORKPLACE Typ: FUJITSU SIEMENS CELSIUS R 670 , výr. č. YKJJ004356  
- monitor LCD 19", výr. č. MXA9008626;

Stanice pracovní SYNGOIMAGING XS Typ: FUJITSU SIEMENS CELSIUS W480, výr. č. YL5V003507  
- monitor LCD 21", EISO, výr. č. HXUD000002;

Stanice vyhodnocovací SYNGOIMAGING XS Typ: FUJITSU SIEMENS CELSIUS W480, výr. č. YL5V005793  
- monitor LCD 21" (5Mpx), EIZO RadiForce GX550 výr. č. 20986017; 20964017

Injektor kontrastní látky Typ: Angiomat Illumena, výr. č. CI0908C012