

Specifikace předmětu plnění

Předmět zakázky: Komora pro provádění biologických testů

Technická specifikace zboží:

- Max. vnější rozměry komory (v x š x d): 190 cm x 85 cm x 90 cm
- Min. objem komory: 240 L
- Min. počet polic: 2ks
- Pojízdna kolečka
- Min. rozsah teploty: 15 – 30 °C
- Min. rozsah osvětlení: 0 – 10 000 LUX
- Modul osvětlení: LED osvětlení, bílé světlo, zařízení musí splňovat podmínku rovnoměrného osvětlení v rámci prostoru komory
- Min. regulovatelnost vlhkosti: 0 a 40 – 60 % RH
- Napájení(V): 230
- Připojení a umístění nádoby s destilovanou vodou vně/uvnitř (kvůli regulaci vlhkosti) bez nutnosti napojení na odpadní systém a provedení stavebních úprav