



Část 7 – Laboratorní technika histologie

700007 Automat barvicí, 1 ks

Automat barvicí, musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

- Barvicí automat vhodný pro oddělení mikrobiologie.
- Barvení postupným ponořováním košíku s mikroskopickými skly do lázní jednotlivých roztoků.
- Zajištění plně automatizované činnosti celého stroje.
- Umožňuje realizovat všechny základní typy barvení (Gramovo, acidorezistentní, Cryptosporidií...).
- Alespoň 10 nastavitelných barvicích programů, včetně zabezpečení dostatečné pauzy mezi jednotlivými barvenými.
- Alespoň 2 košíky na skla.
- Kapacita košíku na skla alespoň 20 sklíček.
- Průhledný kryt reagensů pro redukci výparů.
- Alespoň 4 pozice pro barvicí reagenty.
- Alespoň 1 proplachovací lázeň s rychlým odsáváním.
- Alespoň 1 sušicí jednotka s teplým vzduchem.
- Paměť pro alespoň 10 nastavitelných barvicích programů.