

Název projektu CZ: Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759.

Název přístroje	Chlazená centrifuga
Počet ks:	1 ks

Technická specifikace

- Max. otáčky minimálně 13 300 min⁻¹
 - Max. relativní zrychlení minimálně 17 000 x g
 - Rotor pro 24 x 1,5/2,0 ml mikrozkušavky
 - bezpečnostní rychloupínací kryt rotoru, těsnící proti aerosolům
 - Chlazení minimálně v rozsahu -9 až +40 °C
 - Časovač: minimálně v rozsahu 1 – 99 minut (kroky po 1 minutě) s funkcí krátkého stočení při přidržení tlačítka
 - Úroveň hluku: max. 50 dB
 - Rozměry Š×H×V: max. 292 × 440 × 330 mm
-

Konkrétní specifikace dle nabídky prodávajícího jakožto účastníka ve výběrovém řízení:

1 ks – k.č. 521-1647 - VWR Chlazená centrifuga Micro Star 17 R