

VYŘIZUJE:

TEL:

MOBIL:

E-MAIL:

DATUM: 8.8.2018

DODÁNÍ DO:

Hospimed spol. s r.o.

Malešická 2251/51

130 00 Praha 3

Č. Objednávky: OZT180730

Objednáváme u Vás opravu přístroje:

Středisko	Výrobní číslo	Typ	Název	Inventární číslo
767402 TCHO	283	OPT VANTO - deska	Deska operačního stolu	DM/918238-02

Popis závady: U desky operačního stolu je špatný motor u levé nohy.

Pro vstup na klinická pracoviště IKEM se musí každý externí pracovník hlásit na centrálním dispečinku IKEM - blok C, 1.PP, č. místnosti C0107, kde obdrží identifikační kartu.

Upozorňujeme, že parkovné hradí i servisní organizace, ceny viz www.ikem.cz

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k povaze závazku se sjednává splatnost faktur 60 dnů. Splatnost faktury počíná dnem předání faktury IKEM. Na fakturu prosím uvádějte číslo objednávky a k faktuře přiložte uživatelem originálně potvrzený servisní list. Do kolonky odběratel uvádějte pouze IKEM a adresu, nikoli oddělení nebo osobu. Do textu na fakturu uvádějte, že se jedná o servis.