

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 2 - PRENATÁLNÍ SCREENING, VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY

1.1. Požadavky na technologii imunoanalýzy pro stanovení: PAPP-A, free β -HCG, PIGF, s-Flt-1

- Analyzátor pro imunochemickou analýzu s certifikací Fetal Medical Foundation (FMF) pro provádění vyšetření v 1. trimestru (nutno doložit certifikátem FMF pro 1. trimester) **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Požadované spektrum imunochemických metod od jednoho výrobce, podmínkou pro výpočet indexu preeklampsie, odhadu rizika Downova syndromu a rizika M. Edwardse **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Minimálně 10 pozic pro metody na palubě **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Chlazený reagenční karusel **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Detekce sraženin, bublin a nedostatku vzorku **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Práce s primární zkumavkou **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Obousměrná komunikace s LIS **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Práce s čárovými kódy vzorků i reagensí **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Možnost vzdálené servisní správy a monitoringu **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Záloha primárních dat (výsledků měření, kontrol i kalibrací) **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Zajištění technologického komfortu analyzátoru v podobě vypůjčení nástěnné klimatizace s min. 2násobkem m³ výměry místnosti, kde bude technologie umístěna tak, aby nedocházelo k přehřívání a z toho vyplývajících provozních výpadků **ANO, splňujeme tento požadavek**
- Součástí technologie je vypůjčka laboratorního stolu na míru podle prostorových dispozic laboratoře, není-li analyzátor samostatně stojící **ANO, splňujeme tento požadavek**

1.2. Laboratorní mrazicí skříň **ANO, splňujeme tento požadavek**

- Rozsah teploty -9°C až -26°C
- Optický a akustický signál při poruše, výpadku sítě
- Minimálně 3 zásuvky
- Objem min. 130 l
- Zajištění BTK, validace chladicí skříně a zaškolení uživatelů