



Příloha č. 1

Pořízení svářečky na krevní vaky – technická specifikace

■ Svářečka na krevní vaky, 4 ks

Svářečka na krevní vaky musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

- Příklad pro svařování a segmentaci hadiček krevních vaků. - **ANO**
- Určený pro odběrové místnosti dárců krve. - **ANO**
- Možnost svařovat i při připojení krevního vaku na pacienta. – **NE – v případě stolních svářeček u všech výrobců se nesmí používat svářečka, která je spojená s dárcem!**
- Princip vysokofrekvenčního svařování s frekvencí generátoru > 40 MHz. – **ANO 40,68 MHz.**
- Stolní provedení svařovací jednotky. - **ANO**
- Proces svařování je zahájen umístěním hadičky do svařovacích čelistí ve stolní jednotce a musí být plně automatický. - **ANO**
- Doba svařování, teplota a mechanický tlak musí být plně řízen přístrojem. - **ANO**

V Praze dne 5.12.2018

RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc.