

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 – 565 Obchodního zákoníku

na servis dialyzačních přístrojů firmy Gambro

uzavřená mezi

## ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: DIMA Olomouc, s.r.o.  
Adresa: 772 00 Olomouc, Libušina 25  
Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti  
Spisová značka: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 13603  
IČO: 64086917  
DIČ: CZ64086917  
Bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]

## OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Brno  
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno  
Zastoupený: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem  
IČO: 65269705  
DIČ: CZ65269705  
Bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.  
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského  
rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brno.

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provádění smluvního servisu a údržby dialyzačních přístrojů a zdravotnické techniky firmy Gambro. Seznam přístrojů a zařízení je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

## II. OBSAH SERVISNÍCH SLUŽEB

### 1. Preventivní prohlídka

V průběhu kalendářního roku budou provedeny 2 prohlídky, přičemž o každé bude proveden písemný zápis v souvislosti se zněním zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a zákona č. 505/1990 Sb. viz příloha č. 2 této smlouvy.

### 2. Smluvní servis

Tj. opravy za účelem odstranění poruch vzniklých běžným provozem přístrojů v nástupních termínech dle článku IV. této smlouvy.

### 3. Technické změny

Změny uživatelských nastavení a programových úprav bez technického zhodnocení podle požadavku obsluhy.

4. Veškeré úkony na přístrojích budou zaznamenány do provozních deníků.


### III. CENA KALKULACE

1. Smluvní cena za servisní služby (dle kap.II) je dána paušální roční částkou ve výši 17.000,- Kč bez DPH za přístroj a rok (viz příloha č. 1) a 12.000,- bez DPH za úpravnu vody a rok. V této ceně je zahrnuto cestovné, dvě preventivní prohlídky (v ceně 7.000,- Kč), opravy , drobný spotřební materiál viz příloha č. 2.
2. Použitý materiál a náhradní díly nad rámec preventivních prohlídek budou fakturovány společně s měsíčním paušálem. K potřebným náhradním dílům pro opravy /nad rámec preventivních prohlídek/ předloží zhotovitel předem cenovou nabídku k odsouhlasení objednatelem.
3. Roční paušál na přístroje dle přílohy č. 1 je 29.000,- Kč bez DPH a je rozdělen do měsíčních splátek ve výši 2.416,60 Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 9%.

### IV. NÁSTUPNÍ TERMÍNY

1. Nástupní termín je do 24 hodin po nahlášení závady. Ukončení opravy, v případě potřeby ND bude do 10ti dnů od podpisu cenové nabídky na ND.
2. Havarijní případy řešit neprodleně tak, aby byl co nejdříve obnoven provoz dialyzačního střediska.
3. Práce požadovaná objednatelem v nočních hodinách, svátcích, v sobotu a neděli budou účtovány s 50 % přírážkou. Tyto práce budou prováděny ve výjimečných případech na základě vzájemné dohody..

4.



### V. SMLUVNÍ PODMÍNKY SERVISU

1. Změny v seznamu přístrojů (příloha č. 1) se provádějí na návrh kterékoliv ze zúčastněných stran a jsou vyhotoveny jako písemný dodatek ke Smlouvě o dílo.
2. Objednatel vytvoří takové podmínky, aby do zařízení uvedených v příloze č. 1 byl vyloučen zásah třetích osob.
3. Za zásah třetích osob se nepovažují úkony údržby prováděné obsluhou zařízení nebo úkony orgánů kteréhokoliv dozoru a osob jím pověřených.



4. Zásah třetí osoby do zařízení nebo manipulace se zařízením osobou nepovolenou zavazuje zhotovitele uvést přístroj do původního technického stavu nebo se o jeho stavu přesvědčit. Náklady vynaložené touto činností uhradí objednatel v plné výši mimo rámec této smlouvy dle Ceníku prací (příloha č. 3).

5. Objednatel se zavazuje respektovat provozní požadavky pracovníků zhotovitele tím, že zajistí k dispozici vhodné pracovní prostory úměrné objemu vykonávaných prací.

6. Při nedodržení nástupního termínu nebo neukončení opravy ve sjednaném termínu nebude paušál za daný přístroj a měsíc fakturován. Za neprovedené PP bude paušál vrácen v plné výši.

7. Zhotovitel se zavazuje v případě zjištění neodstranitelné závady přístroje nebo v případě neekonomické opravy vyhotovit pro objednatele zdarma odborný posudek s návrhem na vyřazení přístroje z provozu a na jeho likvidaci.

## VI. ZÁRUKA

1. Servisní práce budou prováděny odbornými pracovníky zaškolenými výrobcem.
2. Záruka na práci je 3 měsíce, na použité náhradní díly 6 měsíců.
3. Pokud má použitý náhradní díl zkrácenou záruční lhůtu bude to vyznačeno servisním technikem v servisním výkazu.

## VII. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvený paušál je hrazen zhotoviteli na základě měsíčně vystavovaných faktur – daňových dokladů, s 90 denní splatností od data doručení.
2. Zhotovitel odešle fakturu ve dvou vyhotoveních společně s dokladem o provedené práci potvrzeným objednatelem a dodacími listy materiálu a náhradních dílů potvrzenými objednatelem.
3. Faktura bude vystavena vždy k 1. dni následujícího měsíce a doručena objednateli do 5 dnů.
4. Faktura musí mít všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování, či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.3.2009

2. Smlouvu je možno ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta je stanovena na 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.

3. Smlouvu je možné též ukončit dohodou.

4. Touto smlouvou je dohodou stran ukončena smlouva č. DP/0829/05/Kt ze dne 1.9.2005.

5. Jakékoliv změny mohou být provedeny pouze písemným dodatkem smluvních stran. Smluvní strany se zavazují, že sdělí ve lhůtě 30 dnů změny v označení (název, sídlo, statutární zástupce) druhé smluvní straně.

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

7. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platného Obchodního zákoníku.

8. Součástí smlouvy jsou přílohy č. 1, 2 a 3.

9. Smluvní strany se zavazují, že sdělí ve lhůtě 30 dnů změny v označení (název, sídlo, statutární zástupce apod.) druhé smluvní straně .

Objednatel: *A. J. 2009*

Fakultní nemocnice Brno  
MUDr. Roman Kraus, MEd.  
ředitel nemocnice

Zhotovitel: *M. O. 2009*

DIMA Olomouc s.r.o.

Datum podpisu: 1.3.2009

Datum podpisu: 1.3.2009

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Seznam přístrojů

Příloha č. 2 – Protokol o provedení technické kontroly

Příloha č. 3 – Ceník práce

Příloha

č. 1

## Seznam přístrojů

Typ přístroje paušál/rok	Výr. číslo přístroje	Preventivní prohlídka	Cena
01/ AK-100	8773	2	17.000,-
02/ WRO 101	258	2	12.000,-

## PROTOKOL O PROVEDENÍ TECHNICKÉ KONTROLY DIALYZAČNÍHO MONITORU PO

6 měsících/2 500 hod. provozu      12 měsících/5 000 hod.provozu

Přístroj:	AK 100	AK 200	AK 200S	AK200 U	AK200SU		Provozní hodiny
Výr.číslo:							
Umístění:							

Povinné procedury a výměny dílů dle servis. manuálu výrobce			
1	Běžná vizuální kontrola přístroje		A
2	Kontrola výrobních čísel a štítků		A
3	Kontrola provozního deníku přístroje		A
4	Čistění a desinfekce přístroje		A
5	Kalibrace priming detektoru		A
6	Kalibrace vzduchového detektoru		A
7	Kalibrace vnitřního reg. Tlaku		A
8	Provedení interní kalibrace UF cely		A
9	Kontrola funkčního testu pomocí PC a GXL		A
10	Kalibrace pH senzoru		A
11	Kalibrace BiCart Select lev. Detektoru		A
12	Kalibrace FRN		A
13	Ověření BiCart Select kalibrace		A
14	Kalibrace detektoru úniku krve		A
15	Ověření funkce BPM		A
16	Kontrola hodnot teploty a vodivosti po 30 minutách		A
17	Kalibrace tlakových převodníků Ven.Art.Syst.		A
18	Kontrola odchylky řádkových a analogových ukazatelů		A
19	Kontrola ultrafiltrace		A
20	Kontrola vypasu		A
21	Kontrola krevní pumpy		A
22	Úplná kalibrace UF cely Box		A
23	Kontrola regulace vodivosti		A
24	Provedení kompletního funkčního testu.		A
25	Kontrola ven. a art. Klapek		A

Teplota stabilizovaná		
Vodivost stabilizovaná		

Povinná kontrola ,event. výměna dílů				kontrola	výměna
BM/FM	Vzduchové filtry		K1 1503 001		
BM	Filtr a hadička venozního snímače		K2 1353 A	A	A P
BM	Filtr a hadička arterialního snímače		K2 1358 A	A	A
BM	Filtr a hadička snímače systémového tlaku		K1 5145 001	A	A
AC/DC	Vzduchové filtry		K1 8891 001	A	A P
FM	A násoska		K1 3467 001	A	A
FM	B násoska		K1 3467 002	A	A
FM	Filtr dial.hadice		L5 0824 001	A	A
FM	O-RIN 100 319 046		100 319 046	A	A
FM	Dial.konektor kompl.BLUE		K1 4082 002	A	A
FM	filtr BCH	250	K1 6538 A	A	A
FM	O-ring BCH		100 319 008	A	A P
FM	filtr ohřivací nádoby		K1 4944 001	A	A
FM	filtr BCH	50	K1 6538 C	A	A
FM	O-ring restriktor		100 319 010	A	A
FM	O-ring restriktor		100 319 027	A	A
FM	V-ring ohřivací nádoby		100 318 086	A	A
FM	Silikonová hadička BCH		100 312 032	A	A
FM	Silikonová hadička konc.		100 312 031	A	A
FM	Dial. Konektor red		K1 4081 002	A	A
FM	Pojistný kroužek		100 322 060	A	A
FM	O-ring 100 319 056		100 319 056	A	A P
FM	odběr port pro 8 mm		K2 0219 001	A	A
FM	odběr port pro 6 mm		K2 0219 002	A	A
FM	Filtr Select Cart hold.		K1 6538 A	A	A
FM	O-ring U8000		100 319 029	A	A
FM	Membrána pro PR2		100 860 002	A	A
FM	Těsnění inf. port		K1 8184 001	A	A

Závady zjištěné a opravené mimo rámec této prohlídky:

Materiál použitý mimo rámec této prohlídky:

Doporučení pro uživatele:

Výsledek prohlídky:

**Dialyzační monitor je schopen dalšího provozu .**


Příští servisní prohlídka:

P výměna zdarma  
A - Ano N - ne


Kontrolu provedl	Datum	Převzal :
------------------	-------	-----------

Příloha č. 3

## Ceník práce







6