

KNTB Zlín – Dodávka lůžek - část A

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY - Lůžka s elektrickým polohováním

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Lůžko pro standardní nemocniční péči elektricky polohovatelné - celkem 136 ks			
Eleganza 1			
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)	ANO	ANO	
Kolečka min. ø150 mm, 1x směrová aretace	min 150 mm; ANO	ANO, 150 mm	
Centrální brzda	ANO	ANO	
Zdvih ložné plochy pomocí elektrického motoru	ANO	ANO	
Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem	ANO	ANO	
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky (nejlépe pomocí hřebenu)	ANO	ANO	
Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu	ANO	ANO	
Autoregrese - zádový díl minimálně 10 cm, stehenní díl minimálně 6 cm k redukci tlaku v břišní oblasti a střížných sil během polohování	zádový díl min 10 cm; stehenní min 6 cm	ANO, 16 cm	
Ložná 4 dílná plocha hladká z HPL, nebo plastových vyjímatelných dílů s otvory	ANO	ANO	
Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený pro lepší orientaci při ovládání (maximální rozměry šxvxh 11x25x6 cm)	ANO; max 11x25x6 cm	ANO, 7,5 x 15 x 6 cm	
Sesterský ovladač s více funkcemi (Přednastavené polohy CPR, kardiace křeslo, TR/ATR, autokontura, zámky pacientského ovladače, aktivní tlačítko, tlačítko Stop, výškové polohování lůžka, polohování zádového. Pomocí zámku na sesterském ovladači vypnutí jednotlivých poloh na pacientkém ovladači a integrovaných ovladačích v zábranách.)	ANO	ANO	
Integrované prodloužení ložné plochy min. 150 mm	min 150 mm	ANO, 150 mm	

Vyjímatelná plastová čela s možností volby výplně min z 5 barevných výplní čel	ANO; min 5	ANO, 12	
Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí	ANO	ANO	
Plastové postranice dvoudílné s ovládáním mimo dosah pacienta. Sklopné kyvným pohybem, nikoli kolem osy rotace spodní části postranice s možností volby výplně min z 5 barevných výplní čel - celkem pro 130 lůžek	ANO; min 5	ANO, 12	
1 pár vložných bočních segmentů s pojistkou, s možností snadno vložit do kteréhokoli dodaného lůžka tak, aby v případě potřeby zaplnily volný prostor postranic - celkem pro 22 lůžek . Pokud postranice jsou řešeny tak, že vyplní celý postranní prostor, vložné segmenty nemusí být součástí nabídky/dodávky.	ANO	ANO	
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)	ANO	ANO	
Integrované drážky v hlavové a nožní části	ANO	ANO	
Hrazda s hrazdičkou - celkem pro 85 lůžek	ANO	ANO	
Úchyt na infuzní stojan a hrazdu v rozích lůžka	ANO	ANO	
Konstrukce lůžka bílá	ANO	ANO, RAL 9002	
Nejnižší poloha ložné plochy min 42 cm	min. 42 cm	ANO, 39,5 cm	
Zdvih lůžka min. 36 cm	min 36 cm	ANO, 36,5 cm	
Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 200 kg	min 200 kg	ANO, 250 kg	
Rozměry ložné plochy min. 85 x 200cm	min 85 x 200 cm	ANO, 200x90 cm	
Vnější rozměry max. 99,5 x 215 cm z důvodu snadného transportu	max 99,5 x 215 cm	ANO,99x215 cm	
Výška podvozku od podlahy pro najetí s chodítkem, nebo jídelním stolkem min. 15 cm	min 15 cm	ANO, 19 cm	
Držák močové láhve - celkem pro 96 lůžek	ANO	ANO	

Lišta s posuvnými háčky na uchycení močových sáčků na dvou místech po obou stranách.	ANO	ANO	
Infuzní stojan výškově stavitelný (ne ze slitin Al) s košíkem na infuzní láhve, dezinfikovatelný, provedení chrom, nebo nerez - celkem pro 68 lůžek	ANO	ANO	
Ovladač v postranici ze strany pacienta - celkem pro 130 lůžek	ANO	ANO	
Záložní baterie - celkem pro 130 lůžek	ANO	ANO	
Elektrický trendelenburg/antitrendelenburg - celkem pro 96 lůžek	ANO	ANO	
Automatická kardiacká poloha (pomocí jednoho tlačítka na sesterském ovladači) - celkem pro 96 lůžek	ANO	ANO	
Kolečko dvouradé (interiér) - celkem pro 40 lůžek	ANO	ANO	
Polička na lůžkoviny - celkem pro 34 lůžek	ANO	ANO	
Náklonoměr zádového segmentu v postranici	ANO	ANO	
Plastový kryt podvozku - jen v případě, pokud je motor umístěn ve spodní části podvozku	ANO	ANO	
Matrace pasivní ver. I - celkem 67 ks PRIMACARE 20			
Matrace II-III° dekubitu (léčba II°, prevence III°)	ANO	ANO	
Matrace má po celém povrchu příčné prořezy. Prořezy jsou zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta	ANO	ANO	
Matrace musí mít na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nimž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka	ANO	ANO	
Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO	ANO	
Horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m³	min 50 kg/m³	ANO, 50	
Výška horní vrstvy min 5 cm	min. 5 cm	ANO, 5 cm	

Odpor pěny proti stlačení musí být max. 3,6 kg/m²	max 3,6 kg/m²	ANO, 3,6	
Spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 41 kg/m³	min 41 kg/m³	ANO, 41	
Odpor pěny proti stlačení musí být max. 3,9 kg/m²	max 3,9 kg/m²	ANO, 3,9	
Nehořlavost pěn min. CRIB 5	min CRIB 5	ANO, CRIB 5	
S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)	ANO; min 200 cm	ANO, 200 cm	
Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO	ANO	
Nehořlavost horní strany potahu min. CRIB 7	min CRIB 7	ANO	
Nehořlavost boční a spodní strany potahu min. CRIB 5	min CRIB 5	ANO	
Zip je umístěn na po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení	ANO	ANO	
Výrazné označení vrchní části matrace	ANO	ANO	
Výška matrace min. 14 cm	min 14 cm	ANO, 14 cm	
Nosnost matrace min. 200 kg	min 200 kg	ANO, 200 kg	
Záruka min. 36 měsíců	min 36 měsíců	ANO. 36	
Matrace pasivní ver. II - celkem 24 ks CLINICARE 20			
Matrace III-IV° dekubitu (léčba III°, prevence IV°)	ANO	ANO	
Matrace musí mít na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nimž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka	ANO	ANO	
Matrace musí být vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech	ANO	ANO	

Horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m³	min 85 kg/m³	ANO, 85	
Výška horní vrstvy min 5 cm	min. 5 cm	ANO, 5 cm	
Odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m²	max 2,7 kg/m²	ANO, 2,7	
Spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 46 kg/m³	min 46 kg/m³	ANO, 46. kg	
Odpor pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m²	max 6,5 kg/m²	ANO, 6,5	
Po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³	min 50 kg/m³	ANO, 50. kg	
Odpor pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m²	max 3,6 kg/m²	ANO, 3,6	
Nehořlavost pěn min. CRIB 5	min CRIB 5	ANO, 5	
S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)	ANO; min 200 cm	ANO, 200 cm	
Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu (pythinion zinku)	ANO	ANO	
Nehořlavost horní strany potahu min. CRIB 7	min CRIB 7	ANO, 7	
Nehořlavost boční a spodní strany potahu min. CRIB 5	min CRIB 5	ANO, 5	
Zip je umístěn na po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení	ANO	ANO	
Výrazné označení vrchní části matrace	ANO	ANO	
Výška matrace min. 14 cm	min 14 cm	ANO, 14 cm	
Nosnost matrace min. 200 kg	min 200 kg	ANO, 200 kg	
Záruka min. 36 měsíců	min 36 měsíců	ANO, 36 měsíců	
Nemocniční noční stolek ver. I - celkem 83 ks			

Eleganza Classic			
Oboustranné kovové provedení	ANO	ANO	
Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu po celém obvodu (povoleno krátké přerušení)	ANO	ANO	
Plastová vložka zásuvky z ABS	ANO	ANO	
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm	min 65 mm	ANO, 75 mm dvojitá	
Členění stolku – zásuvka, nikam dvířka	ANO	ANO	
Uvnitř stolku prostor pro nápojové PET láhve	ANO	ANO	
Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – ne z boku	ANO	ANO	
Držák ručníku	ANO	ANO	
Konstrukce a design odpovídá lůžku.	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota".
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek).
3. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2. a 3., doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek).
5. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
6. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Želevčicích, dne 12.9.2018

