

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „Kupující“

a

BIOMEDICA ČS, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 46342907

DIČ: CZ46342907

zastoupená: Ing. Alešem Donátem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52908

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1021018730/5500

na straně druhé jako „Prodávající“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění



I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu zahájené kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „**Senzory k měření cerebrální oxymetrie**“, část II. (název)... **senzory Fore-Sight ELITE** interní evidenční číslo **VZ-2018-000831**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího průběžně dodávat, na základě dílčích písemných objednávek **senzory k měření cerebrální oxymetrie**, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**předmět plnění**“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Množství předmětu plnění, uvedené v zadávací dokumentaci je orientační. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích objednávek dle svých aktuálních potřeb, bez penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího. Prodávající není oprávněn stanovit minimální množství a finanční limit jednotlivých dílčích objednávek.
3. Jednotlivé objednávky budou činěny písemně, elektronicky či faxem. Dnem doručení se v pochybnosti rozumí 3. den po prokazatelném odeslání/učinění objednávky ze strany Kupujícího.
4. Dodávka zboží je považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní dokumentace: dodací list s uvedením názvu, kódu výrobku, množství jednotlivých druhů zboží v rozdělení dle výrobních čísel, resp. šarží, počtu ks v balení, cena za kus bez DPH a s DPH, popř. cena za balení.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen jednotlivé dílčí dodávky realizovat do 3 dnů ode dne vystavení dílčí písemné, elektronické či faxové objednávky objednatelem, s doložením dodacího listu.
2. Prodávající je povinen předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu, na kterém musí být uvedeno interní evidenční číslo **VZ-2018-000831**. Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně 1 rok.
3. Místem dodání předmětu plnění je:
Fakultní nemocnice Olomouc, Sklad zdravotnického materiálu.
4. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
5. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání kupujícím a potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2018-000831**. Neučiní-li tak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptován a nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci dle článku V. této smlouvy.
6. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nespĺňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.



7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení resp. instruktáže je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny nedodaného předmětu plnění za každý den prodlení.

IV.

Kupní cena

1. Kupní cena zboží je cenou smluvní a je uvedena v příloze č. 2 této kupní smlouvy.
2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, poštovné, balné, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod).
3. Kupní cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a Prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícímu uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícímu a doručené kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturu vystavit nejdříve po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícímu.
2. Prodávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu a nezbytnou přílohu faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícímu v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
3. Prodávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2018-000831**. Prodávající je dále povinen vystavovat samostatné faktury s tímto označením pouze na předmět plnění z tohoto smluvního vztahu, tzn. samostatné faktury na zboží dodané na podkladě této smlouvy. Uvede-li na faktuře jiné zboží, nebude taková faktura kupujícímu akceptována a nestane se splatnou, když prodávajícímu vznikne povinnost fakturaci upravit v souladu s tímto ustanovením.
4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
5. Kupní cena bude kupujícímu uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, případně na jiný účet uvedený v příslušné faktuře. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

VI.

Nebezpečí škody na zboží, vlastnické právo a reklamace

1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k dodanému zboží včetně obalu přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí.
2. V případě reklamace zboží z důvodu pochybnosti o kvalitě dodávky bude zboží obratem, nejpozději do 24 hodin vyměněno za nové, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou vyměněného zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny nedodaného předmětu plnění za každý den prodlení.
3. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese [redacted] faxem na faxovém čísle [redacted] či telefonicky na telefonním čísle [redacted]. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícímu telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.



VII.

Platnost smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou – na 2 roky od dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.
2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.
5. Tuto smlouvu může kupující kdykoli vypovědět, a to ve dvouměsíční výpovědní době. Výpověď počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající: Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručенý druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručен na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy,



protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní dojednání učinily. Tato Smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.

5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

7. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínky smlouvy).

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Minimální technické podmínky a technická specifikace

Příloha č. 2 – Příloha Krycího listu nabídkové ceny

17-01-2019

V Olomouci dne 17-01-2018


V Praze dne 10.1.2019 2018



Příloha č. 1 - Minimální technické podmínky a technická specifikace

"Senzory k měření cerebrální oxymetrie"

ČÁST II

Technické požadavky		ANO / NE	Poznámky
Část II - Senzory k měření cerebrální oxymetrie fore-sight ELITE dual velké			
		předpokládaný počet kusů za 2 roky 170 ks	
Charakteristika			
<p>Senzor k měření cerebrální oxymetrie pro rSO₂ systém FORE-SIGHT ELITE, velký pro dospělé pacienty</p>	 <p>Large Sensor</p>	kompatibilní se systémem FORE-SIGHT ELITE	ANO
		určený k vyšetření mikrovaskulatury pomocí infračerveného světla - 5 vlnových délek	ANO
		poskytuje informace o změnách regionální kyslíkové saturace	ANO
		možnost současného měření cerebrální a somatické oxymetrie	ANO
		určený pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg	ANO
		přesnost měření senzoru při cerebrálním použití - v referenčním rozmezí 45 - 95 % ($\pm 3,05$)	$\pm 3,05$
		přesnost měření senzoru při somatickém použití - v referenčním rozmezí 45 - 95 % ($\pm 5,17$)	$\pm 5,17$
		rozměry min. 25,5 cm ²	ANO
		min. hloubka penetrace NIRS 2,5 cm	ANO
		neinvazivní	ANO
jednorázový	ANO		
bez latexu, bez PVC	ANO		
expirace min. 12 měsíců	ANO		



Informační list před uvedením produktu na trh



Naplňování příslibů cerebrální oxymetrie

Přesné porozumění mozkové oxygenaci

FORE-SIGHT ELITE™ umožňuje lékařům chránit mozek

Poskytuje nebývalou přesnost při neinvazivním vyšetření

Eliminuje potřebu předindukčního stanovení základní hodnoty

Detekuje jinak nepozorované cerebrální desaturační epizody

FORE-SIGHT ELITE – HLAVNÍ VLASTNOSTI:

Nejvyšší úroveň přesnosti $\pm 3,05\%$ 1SD

Vylepšený algoritmus na míru pacientovi

5 vlnových délek blízkého infračerveného záření

Optimalizovaná „doba monitorování“ – spuštění jediným tlačítkem

Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní s dotykovým displejem

Rozšířené možnosti získávání a ukládání dat

Barevný LCD displej 10,4 palce

Monitorování až 4 kanálů StO₂

Preamp kabel se dvěma senzory

Vylepšený vzhled a snazší přenášení

Schváleno FDA

Informační list před uvedením produktu na trh



Rozměry monitoru

Výška: 30,5 cm (12 in)
Šířka: 25,4 cm (10 in)
Hloubka: 22,9 cm (9 in)
Hmotnost: 5,9 kg (13,2 lbs)
Preamp kabel (délka): 4 m (13,1 ft)

Preamp kabel
Č. výr.: 01-06-3100

Funkce monitorování

Absolutní nasycení tkáně kyslíkem (%StO₂)
Rozsah StO₂: 0-99%
Interval aktualizace: po 2 sekundách
Diagnostika: automatická interní zkouška
Přesnost pro mozkovou tkáň:
velký senzor: 45% až 95%: ±3,05% 1 SD

Velký senzor
Č. výr.: 01-07-2103 (20 senzory/pouzdro)
Cerebrální: ≥ 40 kg

Podmínky prostředí

Provozní teplota: 10° C až 40° C
Provozní vlhkost: 30%-75%, nekondenzující
Tak vzduchu: 106-68 kPa přepočtený podle nadmořské výšky
Teplota při skladování: -20° C až 60° C
Vlhkost při skladování: 95% RH při 50° C až 15% RH při 0° C

Alarmy

Porušení dolní a horní meze
Hlášení o stavu zařízení

Napájení

Baterie (doba provozu): 12 VDC (0,5 hodiny)
Vstupní napětí: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Napájecí vstup: 1,5 ef. hodn. (max.) při 115 VAC

Kalibrace

Kalibrováno ve výrobním závodě
Kalibrace uživatelem není nutná

Digitální výstup

Dvě dedikovaná obousměrná rozhraní RS-232
Ukládání dat přes USB

Zpracování dat

Souhrnná obrazovka pro vkládání do
databáze STS
Analýza dat a nástroj pro tvorbu grafů je
k dispozici v rámci Microsoft® Excel® „Add-In
Software“

Bezpečnost

Odolnost vůči defibrilátoru, typ BF, součástí
aplikované na pacienta

Konektivita zařízení

VGA výstup: připojení k externí obrazovce
Monitor pacienta: Philips IntelliVue přes
VueLink nebo IntelliBridge
Systémy správy dat:
Philips CompuRecord, Dräger Innovian®,
Terumo TLink™, Sorin DMS, Maquet JOCAP-XL,
iMDsoft MetaVision®, Spectrum Medical VIPER,
Capsule Technologies a Cerner iBus.

Platné normy

FORE-SIGHT odpovídá následujícím normám
platným pro USA a mezinárodním normám pro
zdravotnická zařízení:
ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 č.
60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-8 a
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Záruka

Záruka 2 roky na FORE-SIGHT monitor
Záruka 1 rok na volitelné baterie
Záruka 6 měsíců na víceúčelové kabely monitoru
Možnost rozšířených záručních dob

Výrobky s označením **CE**

CASMED si vyhrazuje právo provádět kdykoli a bez upozornění změny
tohoto produktového listu a produktu. Všechna práva vyhrazena.
CASMED, FORE-SIGHT a FORE-SIGHT ELITE jsou registrované
ochranné známky společnosti CAS Medical Systems, Inc.

Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím uvedených společností.

Informace o patentech pro USA na www.casmed.com/patents.

Impresum - distributor

Pro spojení se svým místním prodejcem
využijte naši bezplatnou zákaznickou
linku (800) 580-7032.

ISO 13485
Číslo certifikátu FM 72259

21-05-0240 Rev00

CASMED

44 East Industrial Road, Branford, CT 06405 USA
800.227.4414 | www.casmed.com

Obchodní název a typové označení přístroje	FORE-SIGHT ELITE
Výrobce přístroje	CASMED
Senzor k přístroji - Large	CS 01-07-2013

Parametry	FORESIGHT ELITE
Počet vlnových délek pro provádění měření se senzorem CS 01-07-2013	5
Možnost současného měření cerebrální a somatické oxymetrie	ANO, 4 měřicí kanály
Velikost senzoru CS 01-07-2013 (large)	pacienti > 40 kg
Přesnost měření senzoru CS 01-07-2013 při cerebrálním použití - v referenčním rozmezí 45 - 95%	±3,05
Přesnost měření senzoru CS 01-07-2013 při somatickém použití - v referenčním rozmezí 45 - 95%	±5,17
Nabídka adhezivních i neadhezivních senzorů - v několika velikostech	ANO
Možnost exportu dat do klinického (nemocničního) informačního systému	ANO
Hloubka penetrace NIRS	2,5 cm
Numerické a trendové (grafické) zobrazení měřených hodnot rSO ₂	Zobrazení displeje: datové/numerická data, trendy
Četnost měření	každé 2 sekundy
Počet kanálů pro využití 4 (simultánně lze zobrazit všechny měřené kanály na obrazovce monitoru)	4
Interní paměť minim. 600 hodin, při nižší kapacitě umožnit export dat na USB	720 hodin+ export dat na USB

Příloha č. 2 - Příloha krycího listu nabídkové ceny

"Senzory k měření cerebrální oxymetrie"							
Část II.							
název	předpokládaný počet kusů za 2 roky	obchodní název	katalogové číslo	výrobce	cena za kus v Kč bez DPH	DPH	cena za kus v Kč s DPH
Senzor k měření cerebrální oxymetrie pro rSO ₂ systém FORE-SIGHT ELITE, velký pro dospělé pacienty	170	FORE-SIGHT ELITE, large senzor 1 kit - 1 senzor	CS-01-07-2103	CAS Medical Systems	3 192,00	670,32 Kč	3 862,32 Kč

