

**OBJEDNÁVKA č.: 2019/1/3- JO**

Značka: 2019/1/3- JO

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

**DRÄGER Medical s.r.o.**
**Obchodní 124**
**251 01 Čestlice**

Datum: 07.01.2019

Dobrý den,

prosím o provedení pravidelných technických kontrol u níže uvedených přístrojů.


Název zařízení	Typ zařízení	Inv.číslo	Int.Ev.číslo	Výr.číslo	Umístění	Plán údržby
KAPNOMETR	CAPNOSAT	HM 01276 /COS/	3147 /COS/	95081R	ARO	20.01.2019
MONITOR - k nark. Fabius	GAMMA XXL	HM 00663	700128	5397770357	ARO	20.01.2019
MONITOR PACIETSKÝ	GAMMA XL VF4E	HM 01428	samostatně	5513379266	ARO	20.01.2019
NARKOTIZAČNÍ PŘÍSTROJ	FABIUS GS ARXM-0045	HM 00662	700127	09512026	ARO	20.01.2019
NARKOTIZAČNÍ PŘÍSTROJ	PRIMUS ARXM-0139	HM 00661	700126	12590583	ARO	20.01.2019
NARKOTIZAČNÍ PŘÍSTROJ	JULIAN	HM 01358 /COS/	3453 /COS/	ARRA-0102	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ k nark. pr. Fabius	VAPOR 2000	HM 00661- 01	součást NP	ARXM-0796	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ k nark. pr. Fabius	VAPOR 2000	HM 01358-1	3453-1	ARXM-0256	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ k nark. pr. Primus	VAPOR 2000	HM 00662-01	součást NP	ARXM-0797	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ ANESTETIK	Blease Sevoflurane	3022	NP - oční odd.	00630399B	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ ANESTETIK	VAPOR 2000	VYP 0082		ASDD -0899	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ ANESTETIK	VAPOR 2000	VYP 0079		ASHD -1417	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ ANESTETIK	VAPOR 2000	VYP 0083		ASDL -1258	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ ANESTETIK	VAPOR 2000	VYP 0081		ASHD -1419	ARO	20.01.2019
ODPAŘOVAČ ANESTETIK	VAPOR 2000	VYP 0080		ASHD -1418	ARO	20.01.2019
VENTILÁTOR	EVITA IV.	HM 01357	3451	ARRJ 0088	ARO	20.01.2019
VENTILÁTOR PLICNÍ	EVITA II.	HM 01275	3145	ARJK 0057	ARO	20.01.2019
VENTILÁTOR	EVITA IV.	HM 01356	3450	ARRJ 0087	ARO	20.01.2019

Servis požadujeme v době od 7: 00 do 14: 00 hodin a po telefonické domluvě s oddělením do 20.1.2019

Tel.: . p.

Děkuji.

S pozdravem



Pro volný výjezd z areálu nemocnice si nechejte potvrdit parkovací lístek u [redacted] v budově ředitelství, 1. patro (v nepřítomnosti vyřídíte výjezd na vrátnici).

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.

