

KNTB Zlín - Dovybavení lineárního urychlovače - část A

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota
Stereotaxe		
Robotický stůl HexaPOD, systém ozařování v nádechu Active Breathing Coordinator, imobilizace bránice BodyFIX Diaphragm		
Systém musí být plně kompatibilní a použitelný s veškerým stávajícím zařízením, HW a SW vybavením	ANO	ANO
Požadavky na specifikaci : Systém Radioterapie - Stereotaxe		
Robotický stůl se 6 - stupni volnosti včetně nutného příslušenství pro použití na LU Synergy Agility	ANO	ANO
Systém ozařování v nádechu včetně nutného příslušenství též pro použití na LU Synergy Agility	ANO	ANO
Pomůcka pro imobilizaci bránice během stereotaktického ozařování na Lu Synergy Agility	ANO	ANO
Systémy jsou kompatibilní s LU Synergy XVI. č. 154005 výrobce Elekta, vybavený stolem Presice tretment Table č. 213883 s deskou stolu iBEAM evo, č. 069360 s příslušenstvím a licencí soft. Precise Tretment Table	ANO	ANO

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadavku nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Brně, dne 2.1.2019

Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D.

RAZÍTKO A PODPIS ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Poznámka
Control
HexaPOD
ABC
BodyFIX Diaphragm Control
ované vlastnosti přístroje a znamená