

KNTB Zlín - Dovybavení lineárního urychlovače - část C

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Dosimetrie 2			
Starcheck			
Systém musí být plně kompatibilní a použitelný s veškerým stávajícím zařízením , HW a SW vybavením	ANO	ANO	
Požadavky na specifikaci : Systém Radioterapie - Dosimetrie			
• Detektor pro QA lineárního urychlovače s držákem na uchycení ke gantry na LU Synergy Agility	ANO	ANO	
• Měření profilů svazků (včetně diagonál)	ANO	ANO	
• Online vyhodnocení měření profilů	ANO	ANO	
• Podpora FFF svazků	ANO	ANO	
• Analýza stability energie fotonových svazků	ANO	ANO	
• Držák na gantry LU Agility s geometrickou vůlí do 1 mm,detektor v rovině ISO centra	ANO	ANO	
• Softwarové vybavení pro hodnocení parametrůsvazků licence min. pro dva LU	ANO	ANO	
• Aktualizace software min. po dobu 6 let	ANO	ANO	
• Minimální velikost pole detektoru 26 x 26 cm	min. 26 x 26 cm	26x26 cm	
• Uživatelská kalibrace detektorů	ANO	ANO	
Hodnotící kritérium			
Velikost pole alespoň 30 x 30 cm - váha 7 % (Upozornění: V případě, že dodavatel nabízí detektor s velikostí pole menší než 30 x 30 cm, je povinen respektovat minimální přípustnou velikost dle řádku č. 16.)	ANO / NE (v případě ANO, uvedte velikost pole)	NE	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je die něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Praze., dne 20.11.2018

Jiří Kotrba, jednatel
RAŽÍTKO A PODPIS ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ