



**KNTB Zlín - vysoce spec. péče perinatologie - část 2 - monitory živ. funkcí, přístroj pro řízenou hypotermii, mor
ikterometr, přístroj na prosvícení krevního řečiště, indikátor bolesti - část F**

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

| Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| Ikterometr - 1ks JM 105 | | |
| Analyzátor bilirubinu pro novorozence. | ANO | ANO |
| Neinvazivní měření na principu výbojkového světla přiložením ke sternu. | ANO | ANO |
| Bez potřeby dalšího spotřebního materiálu. | ANO | ANO |
| Kapesní velikost, přenosný, autonomní měřič umožňující klinické využití. | ANO | ANO |
| Minimální rozsah měření 0 až 340 µmol/L. | min rozsah 0 - 340 µmol/L | ANO, 0-20 mg/dL, resp. 0-340µmol/L |
| Intuitivní a přehledný dotykový display, min. 2" pro snadné odečítání naměřených hodnot. | min 2" | ANO, 6,7" |
| Dobíjecí akumulátor a nabíjecí zdroj. | ANO | ANO |
| Signalizace vybité baterie na display. | ANO | ANO |
| Okamžitý výsledek (do 5 sekund od změření) | ANO | ANO |
| Gestační věk - od 24. týdne | ANO | ANO |
| Použitelný u pacientů do 14 dnů věku | ANO | ANO |
| Kapacita interní paměti až 100 patientských souborů | ANO | ANO, 250 měření na jedno nabití |
| Váha max. 210g | max 210 g | ANO, 203 g |
| Čtečka čárových kódů pro načtení ID obsluhy a pacienta | ANO | ANO |
| Pro všechny barvy pokožky | ANO | ANO |
| Pouzdro na přístroj | ANO | ANO |
| Všechny základní parametry musí být doloženy v rámci technické části nabídky dle bodu 5.2. Svazku 1 ZD. | | |

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadov. nesplněním zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje či stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2 a 3, doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Čestlicích, dne

RAZÍTKO A PODPIS ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

