

Parametr	MJ	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč
část A – Ultrazvuk neonatální				
Cena přístroje vč. příslušenství	ks	1	1 389 000,00	1 389 000,00
Instalace, montáž, zprovoznění, proškolení personálu, náklady na pojištění	soubor	1	0,00	0,00
Pozáruční servis po dobu 6 let po uplynutí záruční doby				
Cena 1 pozáruční BTK (vč. práce technika a náhradních dílů (ND), jejichž výměna je doporučena či předepsána výrobcem v rámci BTK)	soub.	1	3 000,00	3 000,00
Počet BTK za 2 roky (jejich minimální počet je stanoven výrobcem či zákonem)	počet	1		
Celkové náklady na dopravu (1 cesta tam i zpět. Předpokládaný počet cest, zvolený pro výpočet nabídkové ceny, jsou 3 cesty za rok)	cesta	3	2 500,00	7 500,00
Cena servisní hodiny (Pro výpočet nabídkové ceny je uvažováno s 5ti hodinami za rok nad rámec BTK, tj. např. na pozáruční opravy)	hod	5	750,00	3 750,00
Cena monitoru/displeje vč. práce (náhradní díl - samostatné zařízení)	ks	1	39 000,00	39 000,00
Cena akumulátoru (náhradní díl - samostatné zařízení)	ks	1	15 000,00	15 000,00
Cena fázové kardiologické multifrekvenční sondy v min. rozmezí 5 – 12 MHz, 96 elementů, min. 90° (náhradní díl - samostatné zařízení)	ks	1	90 000,00	90 000,00
Cena klávesnice/panelu vč. práce (náhradní díl - samostatné zařízení)	ks	1	40 000,00	40 000,00
Požizovací cena přístroje			1 389 000,00	
Náklady za pozáruční servis přístroje			260 500,00	
Celková nabídková cena v Kč bez DPH			1 649 500,00	
výše DPH			346 395,00	
CELKOVÁ CENA s DPH			1 995 895,00	

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník je povinen vyplnit všechna pole zvýrazněna oranžovou barvou. U položky "Instalace, montáž, zprovoznění, proškolení personálu, náklady na pojištění" zadavatel připouští ocenění částkou 0,- Kč. V takovém případě se má za to, že jsou tyto náklady zahrnuty v ceně dodávky přístroje.
- Postup výpočtu nákladů na pozáruční servis: $6 \times (\text{cena BTK} \times \text{počet BTK za 2 roky} / 2 + \text{náklady na dopravu} + \text{cena servisních hodin}) + \text{cena výše uvedených náhradních dílů}$
- Vyplněnou Rekapitulaci včetně popisu technické specifikace dle bodu 5.3. svazku 1 zadávací dokumentace účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).

V Brně dne 17. 1. 2019

.....
Petr Podloucký