

Technická specifikace část C. Mobilní svítidla

Veřejná zakázka: **Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech**

Název zadavatele: **Karlovarský kraj**

Sídlo: **Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary**

IC: **70891168**

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
Svítilo vyšetřovací – mobilní	3 ks	
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže		
Obchodní název a typové označení přístroje		pojízdné svítidlo LED 130
Výrobce přístroje		Dr. Mach Německo
Základní požadavky na svítidlo:		
Použitá technologie osvětlení pouze LED diodami	ano	ANO
Svítilivost v 1m	min. 60 000 luxů	60 000 luxů
Barevná teplota	min. 4200 K	4300 K
Barevný index Ra	min. 95	95
Životnost světelného zdroje	min. 40 000 hod	50 000 hod
Polohovatelnost ve všech směrech	ano	ANO
Mobilní provedení	ano	ANO
Sterilizovatelný nástavec pro manipulaci	ano	ANO
Brzdňý mechanismus podvozku	ano	ANO
Nastavitelný výkon osvětlení	ano	ANO
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ano	ANO

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V Brně dne 11.02.2019

Za účastníka:

JUDr. Gertruda Frydová, prokurista

