

**Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení
nemocnice v Karlových Varech
část C. Porodní lůžko**

Příloha č. 3

Technická specifikace

IČ	Název	Rozměry	Naplnění parametru ano/ne/údaj*)
403004	lůžko porodní	celková délka 2100 mm, celková šířka 1020 mm (čalounění cca 960mm), min.výška vč.polstrů 600 mm	AVE CX - celková délka 2100 mm - celková šířka 1016 mm - čalounění 960 mm - výška 600 mm
	porodní postel s nízkou nástupní výškou		ano
	se širokou ložnou plochou		ano
	absence ostrých hran		ano
	protišoková poloha		ano
	kompaktní konstrukce dílů ložné plochy a plastový kryt podvozku		ano
	hygienicky udržovatelný, dezinfikovatelný		ano
	bezešvé provedení polstrování		ano
	antibakteriální koženka		ano
	hygienicky udržovatelná, dezinfikovatelná		ano
	výběr barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta		ano
	zatížitelnost min. 200 kg		ano, 245 kg
	standardní drážky nohou (pár)		ano
	úchyty pro ruce (pár)		ano
	madlo zad s čalouněním		ano
	podhlavník		ano
	zasouvateľná nerezová 4,5l miska / plastová 8l miska		ano, dle výběru buď zasouvateľná nerezová 4,5l miska, nebo plastová 8l miska
	zasouvateľný podnožní díl včetně čalounění		ano
	eurolíšty na obou stranách sedáku		ano
	držák infuzního stojanu		ano
	stojan infuzní, nerezový, teleskopický		ano
	ekvipotencionální svorka		ano
	kolečka 125 mm, 1x směrové		ano
	centrální brzda		ano
	elektromechanické polohování		ano
	elektrický zdvih		ano
	elektrické polohování zádového dílu		ano
	elektrické polohování sedacího dílu		ano
	elektrický a manuální Trendelenburg		ano
	dálkový ruční ovladač		ano
	háček na uchycení ovladače na obou stranách postele		ano
	síťový kabel		ano
	záložní baterie		ano

*) Vyplní účastník
údaje prokazující splnění pořadovaných technických parametrů (u číselně
vyjádřitelných hodnot nabízená hodnota parametru), případně odkaz na
přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny