

## PROTOKOL O OPRAVĚ č. 490023

Strana 1/1

Vaše objednávka č. NJHLH-19-076  
ze dne: 18.02.2019  
Technik:  
Typ záruky:

**Odběratel:**  
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
U Nemocnice 380  
377 01 Jindřichův Hradec III, ČR  
IČO: 26095157  
DIČ: CZ699005400

**Příjemce:**  
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
U Nemocnice 380  
377 01 Jindřichův Hradec III, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
1	<b>USS-AVXGL30/WR</b> SAMSUNG MEDISON ACCUVIX XG - digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy Premium; včetně DICOM 3.0; Samsung Medison	S074M3HD400012W		1
2	<b>USP-GZ49DD1/WR</b> SAMSUNG MEDISON 4-9 MHz širokopásmová intrakavitární sonda; Samsung Medison	P0BJM3GD500024R		1

### Požadavek zákazníka:

Oprava vadné sondy

### Popis závady:

Natřena ultrazvuková čočka na vaginální sondě.

### Popis provedené práce:

Provedena diagnostika sondy, zjištěno neopravitelné poškození povrchu.  
Vadná ultrazvuková sonda vyměněna za novou.

### Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	<b>USP-GZ49DDB/WR</b> SAMSUNG MEDISON 4-9 MHz širokopásmová intrakavitární sonda	1	85 515,00	4,0%	82 094,40	21
2	<b>přepavné</b> přepavné a balné	2	180,00		360,00	21

**Cena opravy (bez DPH):**

**82 454,40 Kč**

### Poznámky:

**Chyba odstraněna:** ANO  
**Provedena kontrola funkčnosti a bezpečnosti:** ANO  
**Technik:**

**Datum:**  
25.02.2019

**Potvrzení opravy:**

.....  
(razítko a podpis)

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkuje