

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra

zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné jako „Kupující“

a

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

se sídlem: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6

IČ: 27068641

DIČ: CZ27068641

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně druhé jako „Prodávající“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Flexibilní ureteroskopy a cystoskop II.**“ interní evidenční číslo **VZ-2019-000054**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu: *(název, typ zařízení a počet kusů)* 3 ks flexibilního ureterorenoskopu URF-P7 a 1 ks flexibilního cystoskopu CYF-5 splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Součástí předmětu plnění je dále:
 - i. uvedení do provozu,
 - ii. bezplatné zaškolení obsluhy a protokol o tomto zaškolení,
 - iii. dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních),
 - iv. dodávka technické dokumentace a seznamu technických kontrol včetně jejich termínů a kontaktu na servisní firmu, v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních),
 - v. dodávka dokladů prokazujících kvalitu (ve 2 vyhotoveních),
 - vi. dodávka dokladů prokazujících schválení pro užívání v České republice (ve 2 vyhotoveních),
 - vii. dodávka příslušných atestů a certifikátů (ve 2 vyhotoveních),
 - viii. prohlášení o shodě s uvedením třídy přístroje (ve 2 vyhotoveních).

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen předmět plnění kupujícímu dodat nejpozději do 9 týdnů* ode dne podpisu této smlouvy. Termín plnění může být posunut pouze ze strany kupujícího a to z provozních důvodů. Posunutí termínů musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě.
2. Prodávající je povinen uvést předmět plnění do provozu, předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu, na kterém musí být uvedeno interní evidenční číslo **VZ-2019-000054** a dále provést zaškolení resp. instruktáž k předmětu plnění, a to nejpozději do 2 dnů od dodávky předmětu plnění.
3. Místem dodání předmětu plnění je: [REDACTED]

* nehodící se škrtněte

4. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

5. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání kupujícím a potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2019-000054**. Neučiní-li tak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptován a nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci dle článku V. této smlouvy.

6. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nespĺňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.

7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení resp. instruktáže je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny předmětu plnění za každý den prodlení.

IV. Kupní cena

1.

| Předmět plnění (typ zařízení a název) | počet kusů | Bez DPH | DPH 21 % | Včetně DPH |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Flexibilní ureterorenoskop URF-P7 | 3 | | | |
| Flexibilní cystoskop CYF-5 | 1 | | | |
| celkem | 4 | 617.997,00 Kč | 129.779,37 Kč | 747.776,37 Kč |

2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod).

3. Kupní cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V. Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a Prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu. Prodávající je povinen fakturu vystavit do tří dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.

2. Prodávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu a nezbytnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.

3. Prodávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2019-000054**.



4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.

5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, případně na jiný účet uvedený v příslušné faktuře. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu **24 měsíců** ode dne uvedení do provozu. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.

2. Po dobu záruční doby provede prodávající bezplatně záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.

3. Záruční servis na zboží provádí prodávající a tento je zahrnut v kupní ceně včetně veškerých s tím souvisejících nákladů.

4. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese [REDAKCE]

[REDAKCE] Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.

5. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:

- i. nárokovat dodání chybějícího plnění;
- ii. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
- iii. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
- iv. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
- v. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.

6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů ode dne nahlášení vady.

7. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nahlášení vady.

8. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady ve lhůtě podle odstavce 6. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.

9. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle odstavce 7. tohoto článku nebo v případě opravy trvající déle než 5 dnů nezapůjčí náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5%



z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.

10. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Prodávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8. a 9. tohoto článku.

11. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.

VII.

Údržba a servis zboží

1. Prodávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a servis zboží ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy.

2. Prodávající je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem písemně nahlásit jejich konání kupujícímu, přitom musí respektovat provozní potřeby kupujícího a vyhovět mu v případě, že bude požádán o jejich přesunutí. Mělo-li by přesunutím činností dle věty první dojít k nedodržení termínů a lhůt stanovených právními předpisy, či pokud by v tomto důsledku mohlo dojít k pozbytí práv kupujícího, je povinen prodávající na tuto skutečnost písemně kupujícího upozornit. Neučiní-li tak prodávající, je povinen nést veškeré nepříznivé důsledky z toho vyplývající pro kupujícího.

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží nezbytnou součinnost, zejména umožnit prodávajícímu přístup ke zboží, umožňuje-li to jeho provoz.

4. Úhrada za poskytování všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek dle tohoto článku je obsažena v kupní ceně.

5. Kupující je v případě prodlení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit plnění těchto povinností způsobem dle vlastního uvážení, a to na náklady prodávajícího. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen. V tomto případě se prodávající nemůže ani dovolávat neoprávněnosti zásahu do předmětu plnění a nemůže toto ani vést k pozbytí práv kupujícího.

VIII.

Software

1. Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícímu vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to v nezměněné formě.

2. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském. Ukáže-li se toto prohlášení

nepravdivým, nese veškerou odpovědnost a náklady z toho vyplývající prodávající, včetně povinnosti k uspokojení nároků oprávněných osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu je kupující oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena prodávajícímu.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího.
3. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručení druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy,

protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní dojednání učinily. Tato Smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.

5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

8. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínky smlouvy).

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 - Položkový seznam a technická specifikace
- Příloha č. 2 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek

V Olomouci dne

- 8 -03- 2019

V Praze dne 28.2.2019



Technická specifikace Flexibilní ureterorenoskop

FLEXIBILNÍ URETERORENOSKOP, 3 KS

| Požadovaná technická specifikace | Splnění ANO/NE | Nabízená hodnota/parametr |
|--|----------------|---|
| Přístroj musí mít průměr distálního konce maximálně 5,3 Fr. | ANO | 4,9 Fr. |
| Přístroj musí mít průměr pracovní části maximálně 8,4 Fr. | ANO | 7,95 Fr. |
| Přístroj musí mít průměr pracovního kanálu maximálně 3,6 Fr. | ANO | 1,2 mm/3,6 Fr. |
| Přístroj musí mít Field of View (úhel zorného pole) alespoň 90°. | ANO | 90° |
| Přístroj musí mít Direction of View (úhel pohledu) 0°. | ANO | 0° |
| Přístroj musí mít Depth of Field (hloubku ostrosti) v rozmezí od 2 mm až 50 mm. | ANO | 2-50 mm |
| Přístroj musí mít délku pracovní části alespoň 670 mm. | ANO | 670 mm |
| Přístroj musí umožnit ohyb tubusu minimálně o 180° směrem nahoru a o alespoň 275° směrem dolů. | ANO | nahoru/dolů 275°/275° |
| Přístroj musí být kompatibilní (připojitelný) s běžnými kamerovými hlavami. | ANO | ano, standardní okulár |
| Přístroj musí mít vestavění moiré filtr. | ANO | ano |
| Přístroj musí být kompatibilní se zdrojem světla Exera II a se světelným kabelem s koncovkou od firmy Olympus. | ANO | kompatibilní se všemi zdroji světla a světlovodnými kabely zn. Olympus |
| Přístroj musí mít možnost připojení přenosného LED zdroje světla. | ANO | ano |
| Přístroj a jeho součásti musí být opakovaně sterilizovatelné. | ANO | nízkoteplotně |
| Součást dodávky: | | |
| Součástí každého ureteroskopu musí být 1 sada čistících kartáčků pro endoskop, 1 kus košíku pro extrakci kamenů, který je ze slitiny nitilonu o průměru 1,8 Fr se čtyřmi dráty bez hrotu o délce 120 cm, 1 kus uretrálního hydrofilního zavaděče s vnějším průměrem maximálně 10/12 Fr o délce 46 cm, 1 kus uretrálního hydrofilního zavaděče s vnějším průměrem maximálně 11/13 Fr o délce 46 cm. | ANO | v dodávce: 3 sady čistících kartáčků 3 ks 4drát, nithinol, extrakční košíček 1,8 Fr. x 120 cm 3 ks, Uropass, ureterální hydrofilní zavaděč 10/12 Fr. x 46 cm 3 ks, Uropass, ureterální hydrofilní zavaděč 11/13 Fr. x 46 cm |
| Součástí každého ureteroskopu musí být zařízení pro krátkodobé zvýšení průtoku endoskopem a ETO krytka pro sterilizaci endoskopu. | ANO | v dodávce: 3 ks, IrríFlo, zařízení pro krátkodobé zvýšení průtoku |
| Zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma. | ANO | 2 roky |

Technická specifikace Flexibilní ureterorenoskop

FLEXIBILNÍ URETERORENOSKOP URF-P7, 3 KS

- průměr distálního konce 4,9 Fr.
- průměr pracovní části 7,95 Fr. (2,55 mm)
- pracovní kanál 3,6 Fr. (1,2 mm)
- moiré filtr
- DuraBent – pasivní ohyb v distální část ureterorenoskopu
- atraumatický distální konec
- zorné pole 90°
- úhel pohledu 0°
- hloubka ostrosti 2 – 50 mm
- pracovní délka 670 mm
- celková délka 1050 mm
- ohyb tubus nahoru/dolů 275°/275°
- kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami
- kompatibilní se zdrojem světla Olympus
- příslušenství:
 - 3 sady kartáčků pro čištění
 - 3 ks adaptér pro připojení světlovodu
 - 3 ks krytka pro sterilizaci endoskopu
 - 3 ks Uropass, ureterální hydrofilní zavaděč 10/12 Fr. x 46 cm
 - 3 ks Uropass, ureterální hydrofilní zavaděč 11/13 Fr. x 46 cm
 - 3 ks IrriFlo, zařízení pro krátkodobé zvýšení průtoku
 - 3 ks 4drát, nithinol, extrakční košíček 1,8 Fr. x 120 cm

Technická specifikace Flexibilní ureterorenoskop

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE K FLEXIBILNÍMU URETERORENOSKOPU URF-P7

N5781830– URF-P7, 3 ks

obsahuje:

3 ks flexibilní ureterorenoskop URF-P7

3 sady – čistících kartáčků

3 ks – ETO krytka pro sterilizaci

3 ks – přípojný adaptér, 2cestný




30 ks – bioptický ventil

3 ks Uropass 11/13 Fr. x 46 cm

3 ks Uropass 10/12 Fr. x 46 cm

EGNT4W18115 – nithinolonový košíček 1,8Fr., 120 cm, 3 ks

EG5920000 – IriFlo zařízení pro krátkodobé zvýšení průtoku, 3 ks



Technická specifikace Flexibilní cystoskop

FLEXIBILNÍ CYSTOSKOP, 1 KS

| Požadovaná technická specifikace | Splnění ANO/NE | Nabízená hodnota/parametr |
|--|----------------|---------------------------|
| Přístroj musí mít průměr distálního konce maximálně 11,7 Fr. | ANO | 11,7 Fr. |
| Přístroj musí mít průměr pracovní části maximálně 16,5 Fr. | ANO | 16,5 Fr. |
| Přístroj musí mít velikost pracovního kanálu 7,2 Fr. | ANO | 7,2 Fr. |
| Přístroj musí mít Field of View (úhel zorného pole) minimálně 120°. | ANO | 120° |
| Přístroj musí mít Direction of View (úhel pohledu) 0°. | ANO | 0° |
| Přístroj musí mít Depth of Field (hloubku ostrosti) v rozmezí od 3 mm až 50 mm. | ANO | 3 – 50 mm |
| Přístroj musí mít délku pracovní části minimálně 380 mm. | ANO | 380 mm |
| Přístroj musí umožnit ohyb tubusu minimálně o 210° směrem nahoru a o alespoň 120° směrem dolů. | ANO | nahoru/dolů – 210°/120° |
| Přístroj musí být kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami. | ANO | ano |
| Přístroj musí mít vestavění moiré filtr. | ANO | ano |
| Přístroj musí umožnit připojení světlovodných kabelů od různých výrobců. | ANO | ano |
| Přístroj musí mít možnost připojení přenosného externího LED zdroje světla. | ANO | ano |
| Přístroj musí být kompatibilní se zdrojem světla CLV-S190. | ANO | ano |
| Součástí dodávky musí být 1 kus zkoušečky těsnosti pro ureteroskopy a cystoskopy. | ANO | ano |
| Součástí cystoskopu musí být 1 sada čistících kartáčků pro endoskop. | ANO | ano |
| Zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma. | ANO | ano |

FLEXIBILNÍ CYSTOSKOP CYF-5

- průměr distálního keramického konce 11,7 Fr. (4,6 mm × 2,6 mm)
- průměr vnějšího tubusu 16,5 Fr. (5,5 mm)
- pracovní kanál 7,2 Fr. (2,4 mm)
- zorné pole 120°
- úhel pohledu 0°
- hloubka ostrosti 3 – 50 mm
- moiré filtr
- pracovní délka 380 mm
- celková délka 700 mm
- ohyb tubus nahoru/dolů 210°/120°
- příslušenství:

Technická specifikace Flexibilní cystoskop

- sada čistících kartáčků, 1 sada
- bioptické ventily, 10 ks
- krytka pro sterilizaci cystoskopu, 1 ks
- zkoušečka těsnosti, 1 ks

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE K FLEXIBILNÍMU CYSTOSKOPU

N4501060 – CYF-5 set, 1 ks

obsahuje:

MAJ-891, attachment, 2-cestný ventil, 1 ks

MAJ-579, bioptický ventil, balení 10 ks, 1 bal.





MH-507, kartáček na čištění otvorů kanálů, 1 ks

BW-15B, kartáček na čištění kanálů, 1 ks

MAJ-1413, adaptér světlovodu, 1 ks

MB-156, ETO uzávěr, 1 ks

WA23080A – tester těsnosti, 1 ks



Splnění minimálních technických podmínek
Flexibilní ureteroskopy a cystoskopy II.

| Uvedte typ přístroje a výrobce: | ano/ne | poznámky |
|--|--------|---|
| Technické specifikace | | |
| 1.1. Specifikace flexibilního ureteroskopu | | |
| ✓ Přístroj musí mít průměr distálního konce maximálně 5,3 Fr. | ano | 4,9 Fr. |
| ✓ Přístroj musí mít průměr pracovní části maximálně 8,4 Fr. | ano | 7,95 Fr. |
| ✓ Přístroj musí mít průměr pracovního kanálu maximálně 3,6 Fr. | ano | 3,6 Fr. |
| ✓ Přístroj musí mít Field of View (úhel zorného pole) alespoň 90° | ano | 90° |
| ✓ Přístroj musí mít Direction of View (úhel pohledu) 0° | ano | 0° |
| ✓ Přístroj musí mít Depth of Field (hloubku ostrosti) v rozmezí od 2 mm až 50 mm. | ano | 2-50 mm |
| ✓ Přístroj musí mít délku pracovní části alespoň 670 mm. | ano | 670 mm |
| ✓ Přístroj musí umožnit ohýb tubusu minimálně o 180° směrem nahoru a o alespoň 275° směrem dolů. | ano | nahoru/dolů 275°/275° |
| ✓ Přístroj musí být kompatibilní (připojitelný) s běžnými kamerovými hlavami. | ano | |
| ✓ Přístroj musí mít vestavění moiré filtr. | ano | |
| ✓ Přístroj musí být kompatibilní se zdrojem světla Ekera II a se světelným kabelem s koncovkou od firmy Olympus. | ano | |
| ✓ Přístroj musí mít možnost připojení přenosného LED zdroje světla. | ano | |
| ✓ Přístroj a jeho součásti musí být opakovaně sterilizovatelné. | ano | |
| Délka záruky minimálně 24 měsíců | ano | ano, 24 měsíců |
| 3.2. Specifikace flexibilního cystoskopu | | |
| ✓ Přístroj musí mít průměr distálního konce maximálně 11,7 Fr. | ano | 11,7 Fr. |
| ✓ Přístroj musí mít průměr pracovní části maximálně 16,5 Fr. | ano | 16,5 Fr. |
| ✓ Přístroj musí mít velikost pracovního kanálu 7,2 Fr. | ano | 7,2 Fr. |
| ✓ Přístroj musí mít Field of View (úhel zorného pole) minimálně 120° | ano | 120° |
| ✓ Přístroj musí mít Direction of View (úhel pohledu) 0° | ano | 0° |
| ✓ Přístroj musí mít Depth of Field (hloubku ostrosti) v rozmezí od 3 mm až 50 mm. | ano | 3-50 mm |
| ✓ Přístroj musí mít délku pracovní části minimálně 380 mm. | ano | 380 mm |
| ✓ Přístroj musí umožnit ohýb tubusu minimálně o 210° směrem nahoru a o alespoň 120° směrem dolů. | ano | nahoru/dolů 210°/120° |
| ✓ Přístroj musí být kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami. | ano | |
| ✓ Přístroj musí mít vestavění moiré filtr. | ano | |
| ✓ Přístroj musí umožnit připojení světlovaných kabelů od různých výrobců. | ano | |
| ✓ Přístroj musí mít možnost připojení přenosného externího LED zdroje světla. | ano | |
| ✓ Přístroj musí být kompatibilní se zdrojem světla CLV-S190. | ano | |
| Délka záruky minimálně 24 měsíců | ano | ano, 24 měsíců |
| 3.3. Součásti dodávky | | |
| ✓ Součástí každého ureteroskopu musí být 1 sada čistících kartáčků pro endoskop. 1 kus košíku pro extrakci kamenů, který je ze slitiny nitiionu o průměru 1,8 Fr se čtyřmi dráty bez hrotu o délce 120 cm, 1 kus uretrálního hydrofilního zavadače s vnějším průměrem maximálně 10/12 Fr o délce 46 cm, 1 kus uretrálního hydrofilního zavadače s vnějším průměrem maximálně 11/13 Fr o délce 46 cm. | ano | v dodávce: 3 sady čistících kartáčků 3 ks 4drát, nitiion, extrakční košíček 1,8 Fr. x 120 cm 3 ks, Uropass, uretrální hydrofilní zavadač 10/12 Fr. x 46 cm 3 ks, Uropass, uretrální hydrofilní zavadač 11/13 Fr. x 46 cm |
| ✓ Součástí každého ureteroskopu musí být zařízení pro krátkodobé zvýšení průtoku endoskopem a ETO kryčka pro sterilizaci endoskopu. | ano | v dodávce: 3 ks, InFlo, zařízení pro krátkodobé zvýšení průtoku vč. ETO uzávěru |
| ✓ Součástí cystoskopu musí být 1 sada čistících kartáčků pro endoskop. | ano | 1 sada |
| ✓ Součástí dodávky musí být 1 kus zkoušečky těsnosti pro ureteroskopy a cystoskopy. | ano | 1 ks |
| ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma. | ano | 2 roky |