



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	
Kombinovaný přístroj pro elektroterapii (1ks):	
Síťový přístroj pro elektroterapii, ultrazvukovou terapii, laserovou terapii a kombinovanou terapii s vakuovou jednotkou	Splňuje
Intuitivní ovládání přes velký dotykový displej – minimálně 7"	10,4"
Možnost 2kanálové elektroterapie – dva nezávislé kanály	Splňuje
Možnost kombinované terapie – UZV + Elektroterapie	Splňuje
Možnost laseroterapie	Splňuje
Paměť na protokoly – minimálně 30 pozic	850
Vestavěné protokoly ošetření pro UZV, laser, elektro i kombinovaná ošetření - minimálně 20 pozic	279
Možnost rozšíření protokolů přes USB	Splňuje
Elektroterapie	
Nízko- a středofrekvenční proudy: stejnosměrné, diadynamické (MF, RS, DF, CP, LP), TENS, NMES, interferenční (2 a 4 pólová interference, 4 pólová interference s rotací vektoru)	Splňuje
Diagnostické programy (I-t křivka, rheobase, chronaxie, rheobase a AQ, body bolesti)	Splňuje
Lontofóreza, CC, CV, MENS, HVT (vysokonapěťová terapie)	Splňuje
Nápověda pro umístění elektrod	Splňuje
Ultrazvuková terapie	
Ultrazvuková terapie - kontinuální a pulzní mód	Splňuje
Malá multifrekvenční UZV hlavice (1 a 3 MHz), velikost cca 1 cm ²	UZV hlavice (1 a 3 MHz), velikost 1 cm ²
Velká multifrekvenční UZV hlavice (1 a 3 MHz), velikost minimálně 4 cm ²	UZV hlavice (1 a 3 MHz), velikost 4 cm ²
Vakuová jednotka	
Dva nezávislé kanály - kontinuální a pulzní mód, kontrola vakua	Splňuje
Laser včetně tužkové sondy	
průměrný výkon min. 50 mW, špičkový výkon min. 13 W	průměrný výkon 70,5mW, špičkový výkon 13,5 W
Součástí dodávky	
1x kombinovaný přístroj včetně vakuové jednotky	Splňuje
4x samolepící elektrody	Splňuje
4x deskové elektrody+ propojovací kabely	Splňuje
4x vakuové elektrody+ houbičky+ vakuové hadice	Splňuje
1x UZV hlavice 1 cm ²	Splňuje
1x UZV hlavice 4 cm ²	Splňuje
kontaktní gel	Splňuje
laserová sonda	Splňuje

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota <i>(dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)</i>
2 ks ochranné brýle	Splňuje
pojízdný stolek	Splňuje