



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	
Přístroj pro magnetickou detekci Sentinelových lymfatických uzlin (1 ks):	
Přístroj určený na peroperační i transkutánní detekci a lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin pomocí magnetické detekční látky vč. 1ks detekčního přístroje včetně ruční sondy a fantomu 1ks nožní spínač 1ks držák sondy	Splňuje
Nulová radiační zátěž	Splňuje
Detekce na principu magnetické lokalizace paramagnetických částic obsažených v roztoku	Splňuje
Indikační látka – skladování za běžných podmínek (teplota 2-30 °C), aplikace v běžném režimu nemocničního oddělení	Splňuje, 2-30 °C
Zvukový signál při detekci magnetické látky	Splňuje
Displej se zobrazením měřených parametrů	Splňuje