



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy: Automatický dezinfektor Stelco EW1	
Automatický dezinfektor (4 ks):	
určený pro všechny typy flexibilních endoskopů používaných na endoskopickém pracovišti (Olympus) a vhodný i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax);	ANO
plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekci endoskopů - určený pro automatické čištění a desinfekci jednoho flexibilního endoskopu;	ANO
termochemická dezinfekce endoskopů - při teplotě min. 35-37°C;	ANO
uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata);	ANO
automatické dávkování pracovních roztoků pro každý pracovní cyklus novou dávkou;	ANO
automatickou kontrolu těsnosti endoskopů po celou dobu procesu;	ANO
UV jednotka, nebo bakteriologický filtr , pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem;	ANO BAKTERIOLOGICKÝ FILTR
zobrazení doby chodu;	ANO
sériové rozhraní pro možné připojení externího zařízení sloužícího pro identifikaci endoskopů a tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce;	ANO
provádět autodesinfekční cyklus;	ANO
malé kompaktní rozměry – cca š. 600 x v. 950 x hl. 600 mm;	ANO
minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a třífázový elektrický přívod;	ANO
vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli s určením pro dlouholetý provoz;	ANO
váha do 105 kg včetně koše na endoskop;	ANO
musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška č. 195/2005 Sb., norma ISO-15883-4);	ANO
připojovací adaptéry pro stávající přístroje na oddělení.	ANO