



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
<u>Název přístroje / sestavy:</u>	
Automatický kryostat (1 ks)	
Tloušťka řezu 0,5 – 600um	Splňuje
Chlazení komory minimálně -35 st. C	-40 st. C
Chlazení kryobaru minimálně -55 st. C	-65 st. C
Chlazení vzorku -50 st. C (15minut)	Splňuje
Dvojitá dezinfekce UV + O3	Splňuje
Autoamtické/manuální odmražení	Splňuje
Krájení 0,5 – 600um	Splňuje
Odkládací mrazící prostor pro 8 vzorků	28 vzorků