



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	
Defibrátor s monitorem (dětské MOJIP, chirurgie MOJIP)	
Defibrilátor s monitorem - (3 ks)	
kompaktní, lehký defibrilátor s hmotností do 7,5 kg včetně příslušenství	ANO 6,1 kg
vybavenost: manuální defibrilace, monitoring pacienta	ANO
parametry: 3/5 svodové EKG včetně příslušenství nezbytné k provozu přístroje	ANO
integrována dětská externí pádla v dospělých	ANO
velikost TFT displeje minimálně 7" se zobrazením 3 křivek software v ČR	ANO, 7", 3 křivky
podání bifázického výboje v rozmezí 1-360 J	ANO
rychlé nabití do 5 sekund na hodnotu 200 J	pod 3 sec
indikátor stavu baterie	ANO
výdrž baterie: monitorovací režim až 2,5 hodiny, defibrilační režim 100x výboj při 360 J	monitorování až 6 hodin, defibrilační režim 200x výboj při 360J
trendy: 72 hodin s rozlišením 1 minuta	ANO 72 hod
export dat do počítače přes USB	ANO
integrována termální tiskárna s možností tisku křivek, trendů a přehledu událostí	ANO
automatické kontroly připravenosti defibrilátoru	ANO
ovládání podání výboje jak z přístroje, tak z externích pádel (úprava podávané energie, nabití a výboj)	ANO