



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
<u>Název přístroje / sestavy:</u>	
<b>Elektrická odsávací jednotka na hrudní sání včetně pojízdného stojanu (5 ks):</b>	
tichý chod s hlučností do 40 dB a bez vibrací	ANO
minimálně dvojitá ochrana proti přesátí agregátu	ANO
manometr s barevným označením optimálního sání	ANO
regulátor vakua	ANO
maximální sací výkon min. 43 l/min.	ANO
použití limitního vodního ventilu s rozsahem nastavení podtlaku 0-40 cm H <sub>2</sub> O	ANO
rozsah nastavení podtlaku 0-90 kPa	ANO
příkon do 110 VA	ANO
bezúdržbový sací agregát na principu vývěvy	ANO
konfigurace: pojízdný stojan s brzděnými kolečky, držák 2 l lahve s použitím jednorázových vaků, sací okruh jednorázový nebo na více použití, proplachovací nádoba včetně držáku, košík odkládací, držák zásobníku katetrů včetně samotného zásobníku	ANO
použití odsávačky pro běžné sání a zároveň pro hrudní sání	ANO