



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	
<b>Přístroj pro magnetoterapii (1ks):</b>	
4 nezávislé výstupy umožňující terapii současně až čtyř pacientů nezávisle na sobě	4 nezávislé výstupy
možnost změny parametrů během aplikace	Splňuje
nastavitelná frekvence v rozmezí min. 1–50 Hz	Splňuje 0-50Hz
předvolba času	Splňuje
optická indikace výstupních pulzů	Splňuje
systém ochran proti přetížení, zkratu, přehřátí, statické elektřině, výpadkům sítě	Splňuje
programové režimy: paměťový, frekvenční a programový	Splňuje
min. 70 základních programů	70
volné programové pozice	Splňuje
možnost rozmítání frekvence	Splňuje
možnost volby frekvence v rozmezí min.1–50 Hz (po 1 Hz)	Splňuje 0-50Hz, po 1 Hz
indukce magnetického pole na aplikátoru: až 65 mT	65 mT
magnetoterapeutické lehátko s integrovaným solenoidem průměr 70 cm	Splňuje, průměr 70 cm
lůžkový aplikátor na záda a páteř	Splňuje
kruhový aplikátor průměr 30 cm	Splňuje, průměr 30 cm