



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
<u>Název přístroje / sestavy: DARTLIFT 300 ULTRA</u>	
<b>Přístrojová lymfodrenáž a zvedák k vertikalizaci</b>	
<b>Zvedák k vertikalizaci (2 ks) - parametry pro 1 ks</b>	
max. nosnost zvedáku minimálně 220 kg	<i>max.nosnost zvedáku 320kg</i>
rozsah zvedání v rozsahu min. 450 mm až 1900 mm	rozsah zvedání v rozsahu 450mm až 1940mm
světlá výška podvozku max. 35 mm	světlá výška podvozku 35mm
elektricky nastavitelný rozchod podvozku	splňuje
hliníková konstrukce	splňuje
ergonomicky tvarovaná madla	splňuje
vyměnitelná závěsná hrazda / kolébka	splňuje
mechanická brzda zadních koleček	splňuje
velikost koleček minimálně 100 mm	splňuje
možnost vyjmutí baterie	splňuje
možnost uchycení různých typů závěsu	splňuje
rychloupínací transportní závěs s podporou hlavy 2 ks	splňuje
toaletní závěs a závěs pro snadný přístup bez podpory hlavy 2 ks	splňuje