



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
<u>Název přístroje / sestavy:</u>	
Ohřev pacienta - při operačním výkonu (5 ks)	
Technické parametry pro 1ks:	
Ovládací jednotka	
Mikroprocesorem řízený ohřev	<i>splňuje</i>
Minimálně dva nezávislé okruhy	<i>splňuje</i>
Nastavení teploty od 37 do 43 stupňů Celsia	<i>splňuje</i>
<i>přikrývky</i>	<i>od 37 do 43°C ± 1 °C</i>
<i>matrace</i>	<i>od 35 do 39°C ± 1 °C</i>
Display pro zobrazení teploty	<i>splňuje</i>
Výcestupňový alarm překročení teploty	<i>splňuje</i>
Elektrický ohřev	<i>splňuje</i>
ALARM kontrolka	<i>splňuje</i>
Držák na infuzní stojan, nebo operační rameno	<i>splňuje</i>
Váha do 5 kg	<i>5 kg</i>
1ks ohřívací podložka (matrace) pod pacienta	<i>50 x 127 cm nebo 50 x 82 cm</i>
1ks ohřívací přikrývka minimálně 100 cm x 100 cm	
<i>Hot Dog - přikrývka pro dolní část těla</i>	<i>100 x 102 cm</i>
<i>Hot Dog - přikrývka pro celé tělo</i>	<i>98 x 132 cm</i>
1ks ohřívací přikrývka minimálně 90 cm x 50 cm	
<i>Hot Dog - přikrývka Torso</i>	<i>97 x 56 cm</i>