



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
<u>Název přístroje / sestavy:</u>	Atom Sunflower, vyhřívací jednotka
Přístroje pro neonatologii	
Dětské a novorozenci - Ohřívací jednotka pro neonatologii (1 ks)	
provozní režimy řízení teplotou vzduchu AIR i teplotou novorozence SKIN. Kožní sonda musí být součástí dodávky	splňuje
předehřívací režim bez alarmů - provozní režim časově neomezeného „předehřívání“ (např. Prewarm nebo Preheating) bez rušivých alarmů. Režim je nutný k dlouhodobému provozu v pohotovostním stavu	splňuje
otočný výkonný zářič s jedním dlouhovlnným infračerveným vyhřívacím tělesem o výkonu max. 500 W	500 W
integrované vyšetřovací světlo	splňuje
ovládací centrálně umístěný panel s integrovanými alarmy a displejem měřených i nastavených hodnot	splňuje
APGAR časomíra a KPR časovač	splňuje, APGAR + KPR
určeno k instalaci na stěnu nad přebalovací / resuscitační pulty	splňuje
možnost použití i na jednotkách JIP nebo porodních sálech (medicínský atest)	splňuje
hmotnost max. 20 kg	20 kg