



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	
<b>Vyhřívané lůžko s resuscitátorem pro novorozenecké oddělení (1ks):</b>	
Vyhřívané lůžko pro novorozenecké oddělení	splňuje, Atom Sunflower
Provozní režimy řízení teplotou vzduchu AIR i teplotou novorozence SKIN	splňuje
Nastavení teploty 34-38°C (max. +/- 0,5 °C) */	34-38°C
Předehřívací režim bez alarmů provozní režim časově neomezeného „předehřívání“ (Prewarm nebo Preheating) bez rušivých alarmů. Režim je nutný k dlouhodobému provozu v pohotovostním stavu	splňuje
Otočný výkonný zářič s jedním dlouhovlnným infračerveným vyhřívacím tělesem o výkonu max. 500 W	500 W
Teplovodivá antidekubitní matrace max. 60 x 70 cm */	50 x 70 cm
Ovládací centrálně umístěný panel s integrovanými alarmy a displejem měřených i nastavených hodnot	splňuje
APGAR časomíra a KPR časovač	splňuje, APGAR + KPR
Plynulé nastavování sklonu matrace (Trendelenburg/anti-Trendelenburg) s indikací úhlu sklonu +/- 13 st.	+/- 13 st.
Integrovaná zásuvka pro RTG kazetu	splňuje
T-resuscitátor, směšovač kyslík/vzduch, průtokoměr a odsávačka integrované do středu sloupu lůžka – bez přesahu mimo půdorys	splňuje
Výškově nastavitelný elektricky ovládaný pojízdný podvozek (nastavení ideální výšky pro péči) s nožním ovládním výšky z obou stran	splňuje
Kompaktní vnější rozměry, maximálně 60x105 cm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech a blokování co nejmenší podlahové plochy	64 x 114 cm
Nutností je variabilní umístění velkého množství přídavných přístrojů nutných pro péči přímo na lůžku, požaduje se tak stabilní systém svislých stojanů/kolejnic vlevo i vpravo s možností rozšíření o police, eurolištu, držáky atd.	splňuje
Možnost umístění polic a dalšího příslušenství do středu sloupů lůžka, bez přesahů mimo půdorys	splňuje
Boční panely lůžka otevíratelné s funkcí automatického bezhlučného sklápění po odjištění pro zajištění volných rukou personálu při manipulaci	splňuje
Přiměřená velikost matrace max. 60x70 cm pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět	splňuje, 50 x 70 cm
Dvojitá pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci a eliminaci rizika zaseknutí v mezerách/spárách např. při nájezdu do výtahu atd.	splňuje
Součástí dodávky musí být minimálně:	

<b>Minimální zadavatelem požadované technické parametry</b>	<b>Dodavatelem nabízená hodnota</b> <i>(dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)</i>
výškově nastavitelná police	splňuje
eurolišta na sloup lůžka	splňuje
držák kyslíkové lahve	splňuje
skříňka pro uložení příslušenství	splňuje