



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
<u>Název přístroje / sestavy:</u>	
Přístrojová lymfodrenáž a zvedák k vertikalizaci	
Přístrojová lymfodrenáž - (2 ks) - parametry pro 1 ks	
možnost sekvenční komprese dvěma základními programy – drenáž z centra a z periferie	splňuje
možnost nastavení doby aplikace, lokální drenáže	splňuje
možnost nastavení rychlosti postupu tlakové vlny a tlakového gradientu	splňuje
slot na čipové pacientské karty s uloženými programy	splňuje
madlo pro přenos přístroje	splňuje
lymfodrenážní kalhoty 2 × 12 komor	splňuje
návlek ruka s ramenem	splňuje
rozsah tlaku v rozmezí min. 20 – 70 mmHg	splňuje