



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
|---|--|
| Název přístroje / sestavy: | |
| 12 svodové EKG přístroje (5 ks): | |
| 12 svodový EKG přístroj pro rychlou a přesnou diagnózu | ANO |
| zázpisu na A4 papír, formát zázpisu 12x1, 6x2, 3x4 – skládaný | ANO |
| minimálně 8" TFT barevný LCD displej s podsvícením s dotykovým ovládním | ANO, 8" displej, dotykové ovládním |
| Paměť až na 800 záznamů EKG | ANO, až 800 záznamů |
| Přenos dat do nemocniční sítě nebo přes USB Flash | ANO |
| Formát ukládání EKG v PDF souboru | ANO |
| Možnost automatického a manuálního módu záznamu EKG | ANO |
| Kapacita baterie až na 3,5 hodiny provozu | ANO, až 3,5 hodiny |
| Alfanumerická klávesnice pro zápis o údajích o pacientovi | ANO |
| Ovládním v ČJ | ANO |
| Měření, interpretace a analýza zaznamenaného EKG | ANO |
| Možnost náhledu a posouzení celého záznamu EKG na obrazovce | ANO |
| Hmotnost přístroje do 5,0 kg | ANO, 4,9 kg |
| Frekvenční rozsah 0,01-300Hz | ANO, 0,01-300 Hz |
| Vzorkovací frekvence 16000Hz 24 bit A/D převodník | ANO |
| Součástí dodávky musí být příslušenství: EKG kabel, hrudní a končetinové elektrody, stojan pojízdný s aretačními kolečky, držák svodů, odkládací košík | ANO |