



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry                                         | Dodavatelem nabízená hodnota<br>(dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název přístroje / sestavy:                                                                   |                                                                                                                                            |
| <b>Laboratorní přístroje - Centrifugy stolní</b>                                             |                                                                                                                                            |
| <b>Centrifuga chlazená 1ks:</b>                                                              |                                                                                                                                            |
| Univerzální stolní centrifuga chlazená                                                       | <i>Hermle Z366 K</i>                                                                                                                       |
| Maximální výkon minimálně 4000g                                                              | splňuje v toleranci, 3 735 xg                                                                                                              |
| Kapacita výkyvného rotoru minimálně 40 zkumavek 100x13mm (včetně rotoru, bucketů a adaptérů) | splňuje, kapacita 56 zkumavek                                                                                                              |
| Automatické zamykání a odemykání víka                                                        | splňuje                                                                                                                                    |
| Velký, dobře čitelný LCD display                                                             | splňuje                                                                                                                                    |
| Napájení 230V                                                                                | splňuje                                                                                                                                    |
| <b>Centrifuga ventilovaná 1ks:</b>                                                           |                                                                                                                                            |
| Univerzální stolní centrifuga ventilovaná                                                    | Hermle Z366                                                                                                                                |
| Maximální výkon minimálně 4000g                                                              | splňuje v toleranci, 3 735 xg                                                                                                              |
| Kapacita výkyvného rotoru minimálně 40 zkumavek 100x13mm (včetně rotoru, bucketů a adaptérů) | splňuje, kapacita 56 zkumavek                                                                                                              |
| Automatické zamykání a odemykání víka                                                        | splňuje                                                                                                                                    |
| Velký, dobře čitelný LCD display                                                             | splňuje                                                                                                                                    |
| Napájení 230V                                                                                | splňuje                                                                                                                                    |

V Praze dne 25.9. 2018

BioTech a.s.  
Tymiánová ul. 619/14, 101 00 Praha 10  
IČO: 25664018, DIČ: CZ25664018  
R.S.: Praha, oddíl B, vložka 5335

RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| Položka                                                                               | Počet kusů | Cena za kus v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Výše DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena celkem v Kč vč. DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Centrifuga chlazená                                                                   | 1          | 140 000,00 Kč            | 140 000,00 Kč            | 21%          | 29 400,00 Kč  | 169 400,00 Kč            |
| Centrifuga ventilovaná                                                                | 1          | 99 000,00 Kč             | 99 000,00 Kč             |              | - Kč          | 99 000,00 Kč             |
| CENA CELKEM za Laboratorní přístroje - část 1 VZ - Centrifugy stolní (nabídková cena) |            |                          | 239 000,00 Kč            |              | 29 400,00 Kč  | 268 400,00 Kč            |

| Dodavatel povinně uvede obchodní název a výrobce nabízeného zboží |                |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Dodavatelem nabízené zboží                                        | Obchodní název | Výrobce |
| Centrifuga chlazená                                               | Z 366 K        | Hermle  |
| Centrifuga ventilovaná                                            | Z 366          | Hermle  |

V Praze dne 25.9.2018

BioTech a.s.  
Tymianová ul. 619/14, 101 00 Praha 10  
IČO: 25664018, DIČ: CZ25664018  
R.S.: Praha, oddíl B, vložka 5335

.....  
RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva