



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
<u>Název přístroje / sestavy:</u>	
Laboratorní přístroje - Chladicí boxy	
Chladicí box stojanový pro oddělení Hematologie 2ks:	
Laboratorní chladicí box	Arctiko PR 500
nerezové vnitřní provedení	splňuje
teplota +2 až +8 stupňů	splňuje, +1 až +10 °C
kapacita minimálně 500 l	splňuje, kapacita 523 l
přesnost regulace +/- 1st.	splňuje
kovové provedení	splňuje
vnitřní osvětlení	splňuje
počet vnitřních polic 5	splňuje
nucená cirkulace	splňuje
dveře s úpravou proti zamření	splňuje
digitální regulace	splňuje
optický a akustický alarm	splňuje
napájení 230V	splňuje
možnost připojení čidla PT100 (PT1000) pro externí měření teploty	splňuje
Chladicí box stojanový pro oddělení OKB 3ks:	
Laboratorní chladicí box	Arctiko PR 500
nerezové vnitřní provedení	splňuje
teplota +2 až +8 stupňů	splňuje, +1 až +10 °C
kapacita minimálně 500 l	splňuje, kapacita 523 l
přesnost regulace +/- 1st.	splňuje
kovové provedení	splňuje
vnitřní osvětlení	splňuje
počet vnitřních nerezových zásuvek 5	splňuje
nucená cirkulace	splňuje
dveře s úpravou proti zamření	splňuje
digitální regulace	splňuje
optický a akustický alarm	splňuje
napájení 230V	splňuje
možnost připojení čidla PT100 (PT1000) pro externí měření teploty	splňuje
Mrazicí box 1 ks:	
teplota -25 stupňů	Arctiko LF 500, splňuje, teplota -30 °C
kapacita minimálně 450 l	splňuje, kapacita 515 l
přesnost regulace +/- 1st.	splňuje
kovové provedení	splňuje
stojanové provedení	splňuje
5 polic	splňuje

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
digitální regulace	splňuje
optický a akustický alarm	splňuje
napájení 230V	splňuje
možnost připojení čidla PT100 (PT1000) pro externí měření teploty	splňuje
Transportní box aktivní 4ks:	
Chladicí transportní box	T0056 FDH
kompresorový	splňuje
teplota -10 až +25st	splňuje, -24 °C až +40 °C
kapacita minimálně 50l	splňuje, kapacita 56 l
přesnost regulace +/- 1st.	splňuje
digitální regulace	splňuje
napájení 12V, 24V, 230V	splňuje

V Praze dne 25.9. 2018

BioTech a.s.
 Tymiánová ul. 619/14, 101 00 Praha 10
 IČO: 25664018, DIČ: CZ25664018
 R.Š.: Praha, oddíl B, vložka 533s

.....
 RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Položka	Počet kusů	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Výše DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Chladicí box stojanový pro oddělení Hematologie	2	67 000,00 Kč	134 000,00 Kč	21%	28 140,00 Kč	162 140,00 Kč
Chladicí box stojanový pro oddělení OKB	3	86 000,00 Kč	258 000,00 Kč	21%	54 180,00 Kč	312 180,00 Kč
Mrazicí box	1	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	21%	15 120,00 Kč	87 120,00 Kč
Transportní box aktivní	4	60 000,00 Kč	240 000,00 Kč	21%	50 400,00 Kč	290 400,00 Kč
CENA CELKEM za Laboratorní přístroje - část 2 VZ Chladicí boxy (nabídková cena)			704 000,00 Kč		147 840,00 Kč	851 840,00 Kč

Dodavatel povinně uvede obchodní název a výrobce nabízeného zboží	
Dodavatelem nabízené zboží	Výrobce
Chladicí box stojanový pro oddělení Hematologie	Arctiko
Chladicí box stojanový pro oddělení OKB	Arctiko
Mrazicí box	Arctiko
Transportní box aktivní	Euroengel

V Praze dne 25.9. 2018

BioTech s.s.
Tymiánová ul. 619/14, 101 00 Praha 10
IČO: 25664018, DIČ: CZ25664018
R.S.: Praha, ocelář B, vložka 5335

RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva