



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	
<b>Fibroskop – s vláknovou optikou pro diagnostiku a základní terapii (1ks):</b>	
	<i>doplňte</i>
<b>optický systém</b>	
zorné pole minimálně 120°	Ano, 120°
směr pohledu – přímý pohled	Ano
hloubka pole minimálně 3-50 mm	Ano, 3-50mm
minimální rozlišovací vzdálenost – 5 mm	Ano, 5mm
<b>optický systém</b>	
zevní průměr distálního konce maximálně 5,9 mm	Ano, 5,9 mm
zevní průměr tubusu maximálně 6,0 mm	Ano, 6,0 mm
pracovní délka – minimálně 600,0 mm	Ano, 600 mm
<b>pracovní kanál</b>	
požadovaný vnitřní průměr 2,8 mm	Ano, 2,8 mm
<b>ohybová část – rozsah angulace</b>	
nahoru minimálně 180°	Ano, 180°
dolů minimálně 130°	Ano, 130°
<b>Flexibilní Videobronchoskop (1ks):</b>	
vnější průměr na distálním konci max. 5,1 mm	<i>Ano, 5,1 mm</i>
průměr pracovního kanálu min. 2,6 mm	Ano, 2,6 mm
zorné pole minimálně 90°	Ano, 90°
pracovní délka musí být min. 600 mm	Ano, 600 mm
pozorovací vzdálenost musí být minimálně 3 - 50 mm	Ano, 3-50 mm
min. ohyb 140° nahoru a min. 130° dolů	Ano, 180° nahoru, 130° dolů
integrované LED osvětlení	Ano
možnost záznamu fotografií a videí na integrovanou xD kartu	Ano
integrovaný LCD displej o velikosti 2,5 palce	Ano
příslušenství pro čištění a desinfekci včetně testeru těsnosti	Ano
přepavní kufr	Ano