



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	
Anesteziologický přístroj - Primus	
výběr ventilačních režimů minimálně VC, PCV, VC-SIMV, PCV-SIMV, Man./Spont., CPAP	Splňuje
ventilace dětí i dospělých	Splňuje
ekonometr využití dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow	Splňuje
kalkulace spotřeby plynů i anestetik	Splňuje
elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem – bez řídicího plynu	Splňuje
polouzavřený ventilační systém s 1,5 l pohlcovačem CO2	Splňuje (1,5 l)
nastavitelný flowtrigger – v rozsahu pro děti i dospělé	Splňuje
kompletní monitorace analýzy plynů (minimálně inspirační a expirační hodnoty O2, N2O, CO2, anestetika)	Splňuje
paramagnetické měření O2	Splňuje
měření MAC a xMAC s možností přepočtu na věk pacienta	Splňuje
elektronické míchání čerstvé směsi s ochranou proti hypoxické směsi	Splňuje
barevná obrazovka – zobrazení - minimálně 3 křivky	Splňuje (3 křivky)
monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty	Splňuje
grafické zobrazení tlakové, objemové, průtokové a CO2 křivky	Splňuje
monitorace poddajnosti plic pacienta, možnost plicní mechaniky	Splňuje
možnost variantní konfigurace přístroje	Splňuje
umístění dvou odpařovačů anestetik	Splňuje
externí kyslíkový průtokoměr	Splňuje
záložní zdroj napájení - minimálně 45 minut	Splňuje (min. 45 minut)
možnost umístění tlakových lahví na přístroji	Splňuje
ejektorové odsávání	Splňuje
aktivní odvod anesteziologických plynů	Splňuje
aktivní vyhřívání dýchacího systému	Splňuje
plocha pro psaní záznamu s integrovaným osvětlením	Splňuje
pojízdne provedení s brzděnými kolečky	Splňuje
součástí dodávky je dětský okruh	Splňuje
Monitor vitálních funkcí	
měřicí funkce minimálně SpO2, NIBP, EKG, Resp., teplota, 2xIBP	Splňuje
počet kanálů minimálně 8	Splňuje (8 kanálů)
počet úrovní alarmu minimálně 3 úrovně - barevně i zvukově odlišené	Splňuje (3 úrovně)

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota <i>(dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)</i>
úhlopříčka monitoru minimálně 15"	Splňuje (15")
dotyková obrazovka	Splňuje
použití pro dospělé, děti i neonatální pacienty (bez dalšího rozšíření softwaru)	Splňuje
možnost použití pro transport pacienta	Splňuje
odolnost proti defibrilačnímu výboji	Splňuje
příslušenství pro měření výše uvedených hodnot	Splňuje
Ostatní	
ovládání v českém jazyce	Splňuje
snadná údržba a čištění	Splňuje
předání dokumentace (uživatelský manuál v českém jazyce, prohlášení o shodě) v tištěné i elektronické podobě při předání přístroje	Splňuje
PBTk po dobu záruky zdarma	Splňuje