



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	
Parní sterilizátor 8STJ:	
pro sterilizaci nástrojů, gumy, textilu, skla, porézního a pevného materiálu	splňuje
dvoudveřové (prokládací) provedení komory o velikosti 8 sterilizačních jednotek	splňuje
testovací programy Vakuum test, Bowie Dick test	splňuje
automatický ranní start s náhřevem a Vakuovým testem	splňuje
systém vypnutí po skončení směny – „Noční vypnutí“	splňuje
nerezová komora, dveře	splňuje
dveře s rovnovážným systémem s protizávažím bez pružin	splňuje
nerezová kostra, obkladové plechy	splňuje
nerezové armatury, trubkové propojení	splňuje
vestavěný el. vyvíječ páry	splňuje
samostatně vyhřívaný topný plášť	splňuje
servis pouze z čelní a zadní strany (z důvodu vestavby do stěny)	splňuje
energetické přívody shora	splňuje
příslušenství - 1 ks zavážecí vozík + 2 ks transportní vozíky	1 ks zavážecí vozík + 2 ks transportní vozíky
Kombinovaný sterilizátor 6STJ:	
kombinovaný sterilizátor pára /formaldehyd pro sterilizaci nástrojů, gumy, textilu, skla a termolabilního materiálu dle EN 285 a EN 14 180	splňuje
dvoudveřové (prokládací) provedení komory o velikosti 6 sterilizačních jednotek	splňuje
testovací programy Vacuum test, Bowie Dick test	splňuje
automatický ranní start s náhřevem a Vakuovým testem	splňuje
systém vypnutí po skončení směny – „Noční vypnutí“	splňuje
nerezová komora, dveře	splňuje
dveře s rovnovážným systémem s protizávažím bez pružin	splňuje
automatické ochlazování pláště při přechodu na formaldehydový proces	splňuje
náplň: nízkokoncentrovaný roztok formaldehydu 2- 4 %	splňuje
exaktní dávkování formaldehydu měřením průtoku nebo hmotnosti dávky	splňuje
vestavěný el. vyvíječ páry	splňuje
samostatně vyhřívaný topný plášť	splňuje
nerezová kostra, obkladové plechy	splňuje
nerezové armatury, trubkové propojení	splňuje
energetické přívody shora	splňuje
elektrické vytápění dveří v programu Formaldehyd	splňuje
z důvodu vestavby do stěny servis pouze z čelní a zadní strany	splňuje

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
příslušenství - 1 ks zavážecí vozík + 2 ks transportní vozíky	1 ks zavážecí vozík + 2 ks transportní vozíky
Parní sterilizátor 1STJ:	
pro sterilizaci nástrojů, gumy, textilu, skla, porézního a pevného materiálu	splňuje
dvoudveřové (prokládací) provedení komory o velikosti 1 sterilizační jednotky	splňuje
testovací programy Vacuum test, Bowie Dick test	splňuje
nerezová komora, dveře	splňuje
dveře s rovnovážným systémem s protizávažím bez pružin	splňuje
nerezová kostra, obkladové plechy	splňuje
nerezové armatury, trubkové propojení	splňuje
vestavěný el. vyvíječ páry	splňuje
samostatně vyhřívaný topný plášť	splňuje
IT monitorovacího systému:	
SW a HW pro připojení min. 4 přístrojů	možnost připojení 4 a více přístrojů
dálková správa, možnost programových intervencí v případě poruchy	splňuje, možnost připojení a programování v případě poruchy
současné zobrazení stavů a parametrů min. 4 přístrojů na jedné obrazovce	zobrazení 4 přístrojů na jedné obrazovce
ON-LINE spojení servisní firmy s nemocnicí, NON STOP, maximální zpoždění dat do 15 sec.	NON STOP ON-LINE připojení
možnost současného monitoringu na min. 6 PC	možnost monitoringu na 4 -8 PC
vzorkovací frekvence načítání a zobrazování dat 1sec.	splňuje
automatická archivace dat v nemocnici na lokálním PC nebo serveru	umožňuje automatickou archivaci dat
indikace chybné a OK šarže	splňuje
možnost zpětného načtení dat z konkrétní šarže, analýza v 1 sekundových krocích	splňuje
zobrazení analogových veličin (teplot a tlaků) a binárních veličin (stav ventilů, relé atd.)	splňuje
výtisk servisního protokolu celé šarže, event. v režimu časové a parametrové lupy	splňuje
automatický výtisk „Dokumentace o šarži“	splňuje
výtisk o šarži musí obsahovat veškerá relevantní data včetně grafu procesu	obsahuje veškerá relevantní data a graf procesu
zobrazení vytížení přístroje(ů) s minimální délkou 1 měsíc zpět	splňuje
uživatelské zobrazení pro personál se zobrazením stavu přístroje a zbývajícím časem do konce cyklu	splňuje
Ostatní požadavky	
vestavba do nerezové stěny – čelní strana nerez, čistá strana nerezové olištování	splňuje
dodání kompletní technické dokumentace	splňuje
demontáž a likvidace původní technologie	splňuje
prvotní validace	splňuje