



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovesem splňuje)
Název přístroje / sestavy: TRUMPF TruLight 5300 / TRUMPF TruLight 5300	
Operační svítidlo (1ks):	
Stropní operační svítidlo se satelitem	Ano
Technologie LED	Ano
Životnost svítidla minimálně 40.000 hodin	60.000 hodin
Hloubka osvětlení minimálně 950 mm */	960 mm
Intenzita osvětlení minimálně 140.000 Lux */	140.000 lux
Regulace intenzity minimálně od 20 do 100 procent	10 - 100%
Nastavení barevné teploty	3.500°K - 5.000°K
Otočná ramena 360 st.	Ano
Kompletní sada pro stropní uchycení	Ano
Záložní UPS	Ano
Resterilizovatelná rukojeť – min. 3 kusy	Ano
Ovládání svítidel na nástěnném panelu	Ano

V Praze, dne 22.8.2018

.....
Daniel Podařil, na základě plné moci