



Příloha č. 1 - Kupní smlouvy

<b>Minimální zadavatelem požadované technické parametry</b>	<b>Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)</b>
<b>Název přístroje / sestavy:</b>	
<b>Porodní lůžko (1ks):</b>	
Standardní držáky nohou Shauty	Splňuje
Integrované sklopné postranice	Splňuje
Zasouvatelná nerezová miska	Splňuje
Úchyty pro ruce	Splňuje
Centrální brzda	Splňuje
Držák infuzního stojanu na obou stranách postele	Splňuje
Zasouvatelný podnožní díl, nebo nástupní schůdek	Splňuje
Matrace s antibakteriální koženkou	Splňuje
Elektrický a manuální trendelenburg	Splňuje
Eurolišty na obou stranách sedáku	Splňuje
Podhlavník	Splňuje
<b>ROZMĚRY</b>	
Celková délka v rozloženém stavu max. 2 500 mm	2 132 mm
Celková šířka max. 1 100 mm	980 mm
Ložná plocha min. 2 000 x 900 mm	2 132 x 980 mm
Minimální (nástupní) výška včetně polstrů max. 600 mm	600 mm
Nosnost minimálně 250 kg	240 kg
Průměr koleček minimálně 150 mm	150 mm
<b>MANUÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ</b>	
Úhel nastavení podnožního dílu 0° - 22°	0° /- 22°
Výškové nastavení podnožního dílu min. 225 mm	225 mm
<b>ELEKTRONICKÉ NASTAVOVÁNÍ</b>	
Zdvih výškového nastavení min. 400 mm	450 mm
Úhel nastavení zádového dílu min. 0° / +70°	0° / +70°
Úhel nastavení sedacího dílu 0° / +18°	0° / +18°
<b>ELEKTRICKÉ PARAMETRY</b>	
Akumulátory záložní	Splňuje
Napájení 100–230 V	230 V

V Želevčicích dne 22. 8. 2018

.....  
**Petr Smetana, Customer Service manager**