

PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

COV LK SKLÁŘSKÉ – IT VYBAVENÍ



Investor:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2



Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Vítězné náměstí 2/577
160 00, Praha 6

Datum:

5.10.2017

Všechny dodávané prvky musí být nové a splňovat požadavky na dobu záruky uvedené v popisu. Součástí dodávky nemohou být repasované ani jinak dříve použité výrobky.

Rozmístění jednotlivých prvků v dispozici je vyznačeno v půdorysných výkresech, které jsou součástí této dokumentace. Přesná poloha prvků bude vycházet z technických parametrů konkrétních zařízení a bude konzultována s projektantem před finální montáží výrobku.

V případě jakýchkoliv nejasností v uvedené specifikaci prosím kontaktujte projektanta (Hlaváček – architekti, s.r.o.) prostřednictvím zadavatele dokumentace (Liberecký kraj).

Nedílnou součástí Celkového výkazu výměr je celková zadávací dokumentace včetně specifikace prvků a zařízení. Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit.

Č. výrobku F.01	Název OSVITOVÁ JEDNOTKA	Počet kusů celkem 1	
Popis výrobku	Požadované parametry: - Osvícená pracovní plocha min. A4 (210 x 297 mm) - Minimální celkový výkon osvětlení: 32 W, min. 2,5 mW /cm² - Určená pro přípravu: sítotisk - Napájení: 230 V	Umístění 2.04	Kusů 1
Rozměry		Schéma	
Šířka			
Hloubka			
Výška			
Technické informace			
Poznámky	Přesný barevný odstín určí investor na základě vzorků. Rozměrové odchylky musí být odsouhlaseny s investorem. Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a montáže výrobku, zaškolení personálu a uvedení výrobku do provozu.		

Č. výrobku F.02	Název OSVITOVÁ JEDNOTKA	Počet kusů celkem 1	
Popis výrobku	- Max. velikost sítotiskového rámu: 78 x 90 cm - Min. velikost kopírovacího rámu 98 x 110 cm - Určená pro přípravu: sítotisk - určená do reprodukčního centra	Umístění Č.P. 56 1.11a	Kusů 1
Rozměry		Schéma 	
Šířka	1060 mm		
Hloubka	1180 mm		
Výška	920 mm		
Technické informace			
Poznámky			
Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a montáže výrobku, zaškolení personálu a uvedení výrobku do provozu.			

Č. výrobku F.03	Název LABORATORNÍ ZDROJ 0-15V/100A	Počet kusů celkem	3
Popis výrobku	Laboratorní zdroj 0-15V/100A	Umístění 2.13	Kusů 3
Rozměry		Schéma 	
Šířka	200 – 250 mm		
Hloubka	350 – 400 mm		
Výška	130 – 150 mm		
Technické informace	- Spínaný zdroj 230V/50Hz - Rozsah regulovaného vstupního napětí 0 – 15V - Rozsah regulovaného výstupního proudu 0 – 100A - Ochrana proti přepětí a přehřátí - Proudová ochrana - Přepínání režimů CC/CV - Digitální měřidla obou veličin (I, U) - Přesnost měřidla napětí min. 0,1 V - Přesnost měřidla proudu min. 0,1 A - Odchylka měření napětí max. ± 1 % - Odchylka měření proudu max. ± 1 % - Max. zvlnění napětí 0,5 % - Izolační odpor min. 20MΩ		
Poznámky	Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a montáže výrobku, zaškolení personálu a uvedení výrobku do provozu.		

Č. výrobku F.04	Název LABORATORNÍ ZDROJ 0-60V/20A	Počet kusů celkem 3	
Popis výrobku		Umístění 2.13	Kusů 3
Rozměry		Schéma	
Šířka	180 – 220 mm		
Hloubka	340 – 360 mm		
Výška	140 – 160 mm		
Technické informace	- Spínaný zdroj 230V/50Hz - Rozsah regulovaného výstupního napětí 0 – 60V - Rozsah regulovaného výstupního proudu 0 – 20A - Ochrana proti přepětí - Ochrana proti přehřátí - Proudová ochrana - Přepínání režimů CC/CV - Digitální měřidla obou veličin (I, U) - Přesnost měřidla napětí min 0,1V - Přesnost měřidla proudu min 0,1A - Odchylka měření napětí max. ± 1 % - Odchylka měření proudu ± 1 % - Max. zvlnění napětí 0,5% - Max. zvlnění proudu na výstupu 0,5% - Izolační odpor min. 20MΩ - Hmotnost do 4,5 Kg		
Poznámky	Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a montáže výrobku, zaškolení personálu a uvedení výrobku do provozu		

Č. výrobku F.05	Název STŘÍDAVÝ KOMBINOVANÝ REGULOVANÝ ZDROJ	Počet kusů celkem 3
Popis výrobku	Umístění 2.13	Kusů 3
Rozměry	Schéma	
Šířka		
Hloubka		
Výška		
Technické informace		
- Stabilizovaný transformátorový zdroj 230V/50Hz - Zdroj napětí střídavého, střídavého fixního, regulovaného střídavého - Rozsah regulovaného výstupního napětí 0 – 30V - Rozsah regulovaného výstupního proudu 0 – 5A - Min. počet výstupních kanálů 3 - Přepínání režimů CC/CV - Nezávislá digitální měřidla obou veličin (I, U), zvlášť pro AC a DC část zdroje - Přesnost měřidla napětí min 0,1V - Přesnost měřidla proudu min 0,01A - Odchylka měření napětí max. ± 1 % - Odchylka měření proudu ± 1 % - Hmotnost do 11 Kg		
Poznámky	Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a montáže výrobku, zaškolení personálu a uvedení výrobku do provozu.	

Č. výrobku F.06	Název REGULAČNÍ TRANSFORMÁTOR AC 0-260V/3A 780 W	Počet kusů celkem 3	
Popis výrobku	- Regulační transformátor 230V/50Hz - Rozsah regulovaného výstupního napětí 0 – 260V - Min výstupní proud 3A - Ochrana vstupu - Ochrana výstupu - Digitální měřidla obou veličin (I, U) - Max odchylka napětí na výstupu +/-3% - Min zatížení 780W	Umístění 2.13	Kusů 3
Rozměry	Schéma 		
Šířka			
Hloubka			
Výška			
Technické informace			
Poznámky	Cena výrobku musí být konečná, a to včetně dopravy a montáže výrobku, zaškolení personálu a uvedení výrobku do provozu		