

Nemocnice Břeclav,
příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1
69074 Břeclav

IČO: 00390780
DIČ: CZ00390780

O B J E D N Á V K A číslo 1475/2018 - 6

Dodavatel :	TECHNICARE CZ SPOL.S.R.O.
Dodací lhůta :	Pod Myslivnou 17/360 70030 OSTRAVA-NOVÁ BĚLÁ

Objednáváme u Vás :

Oprava ventilátoru Puritan Benett 840

1.00 Ks

Závada: nefunkční

Prosím o zaslání cenového návrhu před opravou.

Určeno pro: ARO - resuscitační 1722

Vyřizuje:

Schválil:

Břeclav dne: 18.12.2018

Cenová nabídka – oprava plicního ventilátoru

Dne: 3.4.2019

Prodávající: Technicare CZ, spol. s.r.o.

Sídlo: Pod Myslivnou 17/360
739 24 Ostrava

IČ: 26817802

E-mail: [REDACTED]

Zákazník: Nemocnice Břeclav
U nemocnice 3066/1, Břeclav 690 02

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám předložit nabídku na **opravu (výměnu řídicí desky BDU) plicního ventilátoru NPB 840** [REDACTED]

Náhradní díl –BDU PCB CPU board– 1 ks – 92.750 Kč bez DPH/ks

Práce – 4 hod – 750 Kč bez DPH/hod

Cena bez DPH	95.750,00 Kč
DPH 21%	20.107.50 Kč
Cena včetně DPH	115.857,50Kč

Platnost nabídky

Nabídka je časově omezená do 30.4.2019

V Ostravě dne 3.4.2019

Se srdečným pozdravem

[REDACTED]
Obchodní zástupce
Technicare CZ, spol. s.r.o.

[REDACTED]
[REDACTED]
Sent: Tuesday, April 09, 2019 12:53 PM
To: [REDACTED]
Subject: Re: cenový návrh

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky a schválené cenové nabídky.

S pozdravem

[REDACTED]
dispečink
[REDACTED]

Technicare CZ, spol. s r.o.
Pod Myslivnou 360/17
739 24 Ostrava-Nová Bělá
Česká republika


Dne 4. 4. 2019 v 15:23 [REDACTED]apsal(a):

Dobrý den,

V příloze Vám posílám schválený cenový návrh na opravu plicního ventilátoru a tím objednávku opravu přístroje.
Prosím o potvrzení přijetí této objednávky na opravu.

S pozdravem

[REDACTED]
Odd. zdravotnické techniky

 Bez virů. www.avast.com