

Kupní smlouva
uzavřená podle § 2085 a násl. a § 2158 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění

CHEIRÓN a.s.

se sídlem Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6

IČ: 27094987

DIČ: CZ27094987

zapsaná ve VR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8964
jednatel Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva

████████████████████
████████████████████

(dále jen „prodávající“)

a

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
příspěvková organizace

se sídlem Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc,

IČ: 00849103

DIČ: CZ00849103

zapsaná ve VR vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946
zastoupená MUDr. Janem Weinbergem, MBA, ředitelem

████████████████████
████████████████████

(dále jen „kupující“)

spolu dnešního dne uzavírají smlouvu s tímto obsahem:

I.

Předmět smlouvy a cena

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu dva kusy transportních defibrilátorů, v souladu s VZ „Pořízení 2 ks transportních defibrilátorů z fondu zábrany škod“. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy a kupující se zavazuje předmět dodaný za podmínek této smlouvy a od prodávajícího převzít a zaplatit mu za ně dohodnutou kupní cenu.
2. Pokud se shora uvádí, že se převádí vlastnické právo na kupujícího, rozumí se tímto to, že ZKS OK výše uvedenou movitou věc nabývá do vlastnictví Olomouckého kraje, a to

v souladu s ust. § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb.,
v platném znění.

3. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 obsahující specifikaci dodaného předmětu a celkovou cenu bez DPH, DPH a s DPH.
4. Předmět smlouvy bude prodávajícím dodán do sídla kupujícího (Aksamitova 557/8, Olomouc).
5. Předmět smlouvy pokládají smluvní strany za dodaný, jestliže dojde k jeho převzetí odpovědným pracovníkem kupujícího. Kupující je povinen dodané zboží převzít jen za podmínky, že dodané zboží bude úplné a bez jakýchkoliv vad, včetně dodaných všech listin, které kupující potřebuje k řádnému užívání. Dokladem o splnění dodávky předmětu smlouvy podle této smlouvy je předávací protokol opatřený podpisem odpovědného pracovníka kupujícího a prodávajícího s klauzulí o tom, že dodané zboží bylo dodáno bez jakýchkoliv vad a kompletní.
6. Po dodání předmětu smlouvy je prodávající oprávněn vystavit fakturu. Dodání předmětu smlouvy je zároveň pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, dokladu osvědčujícího zdanitelného plnění, číslo faktury, datum splatnosti, rozpis jednotlivých položek dle specifikace. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem pracovníka oprávněného ji vystavit.
7. Faktura je splatná do 21 dní od jejího převzetí kupujícím.

II.

Dodací lhůty

Dodací lhůta na dodání předmětu smlouvy je do 28. 6. 2019 s tím, že prodávající nejméně 2 pracovní dny předem oznámí kupujícímu přesný den a hodinu dodání zboží.

III.

Odpovědnost prodávajícího z vadného plnění

1. Prodávající poskytne záruku na prodané zboží v délce 24 měsíců na přístroj, 12 měsíců na baterie a 6 měsíců na příslušenství ode dne protokolárního předání zboží.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v záruční době, která běží od převzetí předmětu smlouvy (protokol o předání zboží), bude mít předmět smlouvy smlouvenou kvalitu a provedení.

2. Prodávající se zavazuje, že v záruční době bude poskytovat kupujícímu bezplatnou preventivní PBTk (periodická bezpečnostně technická kontrola) na předmět smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že v záruční době bude poskytovat bezplatný full servis, tj. bezplatné opravy, servis a údržbu včetně bezplatné výměny náhradních dílů a včetně bezplatných výjezdů servisního technika k reklamovaným vadám.
4. Prodávající se zavazuje, že záruční servis (v části servis a údržba) provede ve lhůtách stanovených výrobcem zařízení či jiným zvláštním právním předpisem. Případné opravy dodaných přístrojů (reklamované vady) zahájí nejpozději ve lhůtě do 48 hodin od doby nahlášení reklamační závady, a to včetně dojezdu servisního technika na místo plnění, a to bez ohledu na dny pracovního klidu a pracovního volna.
5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamační vada kupujícího, zajistit opravu a servis této reklamované vady. Prodávající je povinen odstranit vlastním nákladem veškeré skryté a jiné vady na zboží, které budou v průběhu záruční doby zjištěny. Záruční doba dila neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění. Smluvní strany si dále sjednaly, že prodávající je povinen odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem prodávající, a kupující je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Práva z odpovědnosti za vady se řídí zákonem.

V.

Smluvní pokuty

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním předmětu smlouvy oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží, které mělo být dodáno, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodaný předmět smlouvy je povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.
3. Za pozdní nastoupení na záruční servis je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ a 24 hodin prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
5. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

VI.

Ostatní smluvní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny, ke kterým dojde nezávisle na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednajících osob atd.) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uveřejnit změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno dle dohody stran ve smyslu ust. § 1758 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, činit jen v písemné formě, a to na základě úplného a vzájemného konsenzu obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji před podpisem přečetly a prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a je jim znám obsah smlouvy. Na důkaz této skutečnosti připojují jednající osoby své vlastnoruční podpisy.
4. S ohledem na povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí ZZS OK.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne 30 -04- 2019



Zdravotnická záchraná služba
Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Aksamitova 657/8, 779 00 OLOMOUC
18)

za ZS OK
MUDr. Jan Weinberg, MBA, ředitel


V Praze dne 26 -04- 2019



za CHEIRÓN a.s.
Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva

„děláme za Vás“
CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 3
Právozávna, Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411, Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

věcně správně



Příloha č. 1

Specifikace dodávaných předmětů a cena (doplní dodavatel)

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
2 ks - transportní defibrilátor	983 471,20	206 528,95	1 190 000,15

V Olomouci dne


30 -04- 2019



za ZS OK
MUDr. Jan Weinberg, MBA, ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Aksamitova 557/8, 779 00 OLOMOUC
(19)

V Praha dne 26 -04- 2019



za CHEIRÓN a.s.
Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva

Cheirón 
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Píseň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

9

SPECIFIKACE TRANSPORTNÍHO DEFIBRILÁTORU – MONITORU ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Technické podmínky

Požadavky zadavatele	Popis splnění daného požadavku dodavatelem
SPECIFIKACE PRÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Přístroj vhodný pro venkovní i vnitřní použití v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče (celkem 2kusy).	
Jednoduché intuitivní ovládání všech funkcí přístroje, menu v českém jazyce.	
Ochrana proti prachu a vodě, provozní odolnost minimálně IP54.	
Přístroj bude vyroben v souladu s normami EN1789, RTCA DO-160 a dalšími platnými předpisy pro provoz přístroje v podmínkách letecké a pozemní záchranné služby.	
Ochrana displeje proti mechanickým vlivům (uvedte testy/zátěž; uvedte standard ochrany, pokud byl přidělen).	
Minimálně 8" barevný displej s velmi dobrou viditelností, možnost rychlého přepnutí do kontrastního zobrazení (pro případ ovlivnění čitelnosti barevného displeje výrazným slunečním osvitem). Možnost nočního módu displeje (benefit pro LZS).	
Funkčnost přístroje na plně dobité baterie - monitorování pacienta nejméně 6 hodin, podání nejméně 100 výbojů o maximální energii.	

Informace o aktuálním času, času od spuštění přístroje (stopky), indikátor signálu GSM - zobrazení na hlavní obrazovce.	
Li-ion baterie s minimální životností 2 roky, v případě, že je možné k přístroji dodat baterie s různou kapacitou, pak baterie s nejvyšší kapacitou (uved'te parametry baterie).	
Informace o baterii na hlavní obrazovce (uved'te všechny možnosti: např.: stav nabití, zbývající doba provozu, alarm vybití, možný počet výbojů apod.).	
Modulární systém, oddělitelný systém pracující samostatně po modulech (benefit pro LZS)	
<p>*Sada provozního příslušenství (1 sada pro každý přístroj):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKG kabel 4+6 žilový (pro končetinové a hrudní svody) • Propojovací kabel MASIMO Rainbow – koncovka M-LNCS • Prstový senzor SpO2 pro dospělé – koncovka M-LNCS • Prstový senzor SpO2 pro děti – koncovka M-LNCS • Manžeta NIBP včetně hadičky pro dospělé 25-35cm • Manžeta NIBP pro děti 13-20cm • Senzor EtCO₂ systému Main-stream • Adaptéry pro monitorování EtCO₂ pro intubovatelné i neintubovatelné pacienty (2 ks pro každý přístroj) • Papír do tiskárny (5 ks pro každý přístroj) • Multifunkční nalepovací elektrody pro dospělé (5 ks pro každý přístroj) • Multifunkční nalepovací elektrody pro děti (1 ks pro každý přístroj) min. expirace všech dodaných elektrod 2 roky 	-

Externí nabíjecí adaptér 230V pro možnost napájení přístroje mimo vrtulník či sanitní vozidlo.	
Certifikovaný dobíjecí držák s určením pro vrtulník LZS a sanitní vozidla (dobíjení 12V, 24V a 230V) s automatickou aretačí jednoduchou obsluhou (ideálně rychlé sejmутí přístroje z držáku jednou rukou – 1ks do vrtulníku LZS).	
Ochranná transportní snadno omyvatelná brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství (ke každému přístroji).	
Uveďte hmotnost přístroje v gramech včetně provozních baterií, brašny a požadované <u>*sady provozního příslušenství</u> . Zadavatel si vymínuje možnost převážení před oficiálním předáním.	
SPECIFIKACE MONITORACE VITALNÍCH FUNKCI, DEFIBRILACE/KARDIOVERZE A KARDIOSTIMULACE	
Volitelné režimy věkových kategorií pro dospělé, děti a eventuálně i novorozence (uveďte jaké: např. limity nafukování manžety NIPB, max. defibrilační energie apod.).	
Neinvazivní měření krevního tlaku: manuální / automatické měření (nastavení opakování minimálně co 2, 3, 5, 10, 30 minut). Na displeji možnost tlačítkem zobrazit číselné hodnoty aktuálně naměřeného TK, MAP a zobrazení trendů minimálně posledních 4 měření (pro možnost průběžného sledování stavu kvality krevního oběhu pacienta).	
Měření srdeční frekvence za minutu – možnost zobrazení: z defibrilačních elektrod, z EKG, ze saturačního čidla.	

Možnost monitorování a záznamu EKG svodů I, II, III, aVL, aVR, aVF, V ₁ , V ₂ , V ₃ , V ₄ , V ₅ , V ₆ ; možnost nastavení amplitudy. V případě, že je nabízena možnost zobrazování analýzy arytmií, popište jakých – např. asystolie, fibrilace komor, apod.	
Možnost záznamu 12-ti svodového klidového EKG s interpretací.	
SpO ₂ (pulzní oxymetrie) - číselná hodnota v %, minimální měřitelná hodnota 60 % a tepové frekvence v rozmezí minimálně 30 – 220 t /min.	
Monitorace vydechaného CO ₂ (EtCO ₂), číselná hodnota (uvedte, v jakých jednotkách), možnost zobrazení v křivce. Výhodou je main-stream systém. Monitorace dechové frekvence (RR), číselná hodnota počet dechů za minutu.	
Viditelné světelné alarmy, akustická signalizace alarmů.	
Metronom s frekvencí dle aktuálních guidelines s možností přenastavení.	
Defibrilace - bifázický impuls s kompenzací impedance, možnost volitelně regulovat energii, maximální energie výboje je minimálně 200J.	
Možnost manuální externí defibrilace. Možnost automatické externí defibrilace (modul AED). Možnost synchronizované kardioverze.	
Možnost zevní kardiostimulace s minimálně dvěma módy provozu „on demand“ a „fix rate“.	
Výkony defibrilace (dle doporučení ERC – guidelines 2015 pro resuscitaci), kardioverze a kardiostimulace bude možné provádět prostřednictvím nalepovacích multifunkčních elektrod s určením dle věkových kategorií - pro dospělé a děti. Požadujeme zalistování elektrod u ZP jako ZUM	
SPECIFIKACE: TISK, TRENDY A PŘENOSY DAT	

<p>Tiskárna integrovaná s monitorem s termotiskem, rychlost posunu 25 nebo 50 mm/s. Šířka papíru minimálně 100mm.</p>	
<p>Možnost tisku 12ti svodového EKG s interpretací ve formátu 2 x 6 křivek nebo 4 x 3 křivek.</p>	
<p>Možnost tisku aktuálního snímku/události měřených hodnot a křivek na obrazovce.</p>	
<p>Schopnost přístroje ukládat do paměti záznamy aktuálně provedených výkonů, křivek a naměřených hodnot („trendy“) s následnou možností tisku sumáře těchto událostí.</p>	
<p>Schopnost přístroje ukládat data a zamezit riziku ztráty dat z jeho paměti s možností další práce s uloženými daty (uveďte kapacitu paměti).</p>	
<p>Možnost datového přenosu 12ti svodového EKG v minimálně PDF formátu a v diagnostické kvalitě pomocí GSM modemu na ZZS OK definovaná pracoviště s možností výběru pracoviště v přístroji u aktuálního pacienta (uveďte maximální možný počet uložení/cílových adres k výběru). V případě, že je tento přenos závislý na dodání software a tento je zpoplatněn, uveďte cenu za SW a délku garance ceny a použitelnosti SW (pro období minimálně 10 let – tzn. po dobu odpisu přístroje u ZZS OK). V případě, že je zpoplatněn samotný přenos dat, uveďte cenu za jednotku. Ceny uveďte do vedlejšího pole „Popis splnění daného požadavku dodavatelem“.</p>	
<p>Možnost přenosu dat (ukončených událostí) z přístroje bezdrátovým přenosem (GSM, bluetooth, WiFi) nebo přes paměťové médium (USB, karta) do externího PC ZZS OK pro zálohování a zpětný přístup k</p>	

<p>jednotlivým událostem, EKG křivkám, trendům a dalším naměřeným hodnotám.</p> <p>V případě, že je SW k ukládání a práci s daty zpoplatněn, uveďte cenu za tento SW a délku garance ceny a použitelnosti SW (pro období minimálně 10 let – tzn. po dobu odpisu přístroje u ZZS OK). Dále uveďte rozsah SW (uživatelský jazyk, všechny možnosti nahlížení: 12sv. EKG?, trendy?, snímky/události?; možnosti zpracování: např. 12sv. EKG v diagnostické kvalitě přímého tisku apod.).</p> <p>Cenu uveďte do vedlejšího pole „Popis splnění daného požadavku dodavatelem“.</p>	
<p>Upgrade SW přístroje a SW ke zpracování dat v případě vyšších verzí zdarma.</p>	
DALŠÍ POZADAVKY	
<p>Pokud je k provozu defibrilátoru vyžadována nabíjecí stanice (provoz 230V) pro dobíjení výměnných baterií, bude taková stanice součástí předmětu dodávky a nabídkové ceny.</p>	
<p>Faktická demonstrace a nastavení požadovaných funkcí přístroje, práce s daty a jejich zálohování, datový přenos 12ti svodového EKG do cílových pracovišť definovaných ZZS OK proběhne během realizace zakázky v sídle zadavatele. Takto nastavené přístroje dle požadavku ZZS OK budou s plnou funkčností předány nejpozději v den oficiálního předání.</p>	
<p>Návod k použití v českém jazyce.</p>	
<p>Prohlášení o shodě v českém jazyce</p>	
<p>Předložení seznamu autorizovaných servisů v ČR</p>	

Doložení platné registrace nabízených zdravotnických prostředků v Registru zdravotnických prostředků vedeném SÚKL	
BTK na dodané zdravotnické prostředky po dobu pěti let ZDARMA	
Proškolení členů výjezdových skupin v ovládání a údržbě přístroje autorizovanou osobou ZDARMA	