

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

## NÁKUP POLOHOVACÍCH LŮŽEK

Požadavky zadavatele na elektricky ovládaná polohovací lůžka			
Označení (obchodní/typové)	Sentida 5		
Výrobce	Linet spol. s r.o.		
Požadovaný počet	12		
Parametr požadovaný zadavatelem	Hodnoty parametru požadované zadavatelem	Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného lůžka)*	Stanovisko účastníka ke splnění zadavatelem požadovaných hodnot (ANO/NE)
Rozměr ložné plochy	Min 200 x 90 cm	200 x 90	ANO
Vnější rozměry	208 x 106 cm	208 x 106	ANO
Plastová, odnímatelná ložná plocha, autoregrese	ANO	ANO	ANO
Hmotnost klienta	Min 200 kg	235 kg	ANO
Plně zakrytá kolečka, s duální brzdou (2 bržděná společně)	ANO	ANO	ANO
Transport – min. v nízké poloze	ANO	ANO	ANO
Držák na hrazdu a hrazda	ANO	ANO	ANO
4 dělené postranice bez středového sloupku, samostatně výškově nastavitelné	ANO	ANO	ANO
Prodloužení ložné plochy min o 15 cm	ANO	ANO	ANO
Čelní deska	Nožní čelo s úchopem pro personál	Nožní čelo s úchopem pro personál - desingn T nožní část	ANO
Pacientský ovladač ruční se zámkem jednotlivých funkcí, nastavení polohy autokontura a komfortní sezení jedním tlačítkem	ANO	ANO	ANO

Držák na patientský ovladač s možností umístění na postranici lůžka	ANO	ANO	ANO
Délka kabelu v natažené poloze pro patientský a sesterský ovladač	Min 200 cm	200 cm	ANO
Sesterský ovladač - integrovaný	Volitelně	Volitelně	ANO
Nejvyšší poloha ložné plochy	Min 73 cm	80 cm	ANO
Nejnižší poloha ložné plochy	23 – 27 cm	27 cm	ANO
Návod na ovládání	V českém jazyce	V českém jazyce	ANO
Polohování	Zádový + stehenní díl elektricky, lýtkový mechanicky	Zádový + stehenní díl elektricky, lýtkový mechanicky	ANO
Polohy	TR - protišoková poloha, Fowler - poloha pro usnadnění dýchání, kardiacké křeslo	TR - protišoková poloha, Fowler - poloha pro usnadnění dýchání, kardiacké křeslo	ANO
Dekor	Možnost výběru z dekorů alespoň javor, buk, olše, třešeň, ořech, wenge	dekor R20021 VV	ANO

**\*Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět**

V Rožtokách, dne 30.4.2019

V Želevčicích, dne 25.4.2019

.....  
Mgr. Dana Zimová, ředitelka  
za Objednatele

.....  
Petr Smetana  
Customer Service manager  
za Zhotovitele