



**KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 6 - kardiokografie - část B**

**TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY**

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
<b>ST analyzátor - 1ks STAN S41</b>			
Fetální monitor s automatickým vyhodnocováním změn ST úseku fetálního EKG, včetně ST a CTG analýzy	ANO	ANO	
Sledování pohybů plodu automatické a manuální	ANO	ANO	
Včasná identifikace hrozcí hypoxií plodu	ANO	ANO	
Kontinuální snímání fetálního EKG a srdeční frekvence pomocí skalpové elektrody	ANO	ANO	
Možnost zevního snímání srdeční frekvence plodu pomocí ultrazvukové sondy	ANO	ANO	
Možnost monitorace dvojčat - duální srdeční frekvence	ANO	ANO	
Monitorace děložní aktivity externím TOCO snímačem nebo interním snímačem intrauterinního tlaku (UIP)	ANO	ANO	
Možnost tisku záznamu tiskárnou	ANO	ANO	
Možnost vkládání patientských dat (jméno, rodné číslo) a dalších údajů a jejich tisku společně se záznamem	ANO	ANO	
Dotyková barevná LCD obrazovka min 12''	min 12''	ANO	12,1''
Délka záznamu min 500 hod	min 500 hod	ANO	800 hod
CTG analytické funkce	ANO	ANO	
Možnost ukládání na USB	ANO	ANO	
Možnost napojení na centrální monitorovací stanici	ANO	ANO	
Bezdrátové připojení převodníků	ANO	ANO	
Další monitorované parametry - pulz, SpO2, NIPB, respirace, MECC	ANO	ANO	
Simultánní digitální a grafické zobrazení	ANO	ANO	
Provoz na baterii	ANO	ANO	
Napájení 220-240V / 50Hz	ANO	ANO	
Tiskárna vestavěná	ANO	ANO	
Podvozek s příslušenstvím	ANO	ANO	
Startovací balíček spotřebního materiálu nutný k provozu přístroje (kožní a skalpové elektrody)	ANO	ANO	
NIPB manžety (25-35cm, 33-47cm), prodlužovací prvek NIPB manžety	ANO	ANO	
3-svodový kabel MECC	ANO	ANO	
Převodník k SpO2	ANO	ANO	
TOCO sonda	ANO	ANO	

**POZNÁMKA:** Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

**Pokyny pro vyplnění:**

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadované minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
4. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2 a 3, doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)
5. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavatelé sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
6. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Příbrami, dne 2.1.2019

Vladimír Pušec, jednatel